



MEMORANDO SEI Nº 0020543160/2024 - HMSJ.SUP.CAME

Joinville, 14 de março de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **048/2024**.

Objeto: Aquisição de Kit + linha venosa + isolador.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020441888), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	11.2- Amostra	Parecer
3	909314 - LINHA VENOSA PARA DIALISADOR LINHA VENOSA PARA DIALISADOR - LINHA VENOSA 8MM PARA HEMODIALISE COM CONECTOR PARA AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA EM LUER, EXTENSOES PARA SORO, PONTO DE INJECAO,PINCAS, CATABOLHA ARTERIAL COM 30 MM DE DIAMETRO E PENEIRA, COM SENSOR DE PRESSAO COM CONECTOR DE LUER.	PC	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FORTECARE	Sim	80463910002 registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta classificada. Descritivo do item apresentado atende o edital. Não há a necessidade de amostra pois a marca já é utilizada no hospital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Daiana Aparecida Rodrigues Mendes, Coordenador(a)**, em 14/03/2024, às 13:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020543160** e o código CRC **379E4ACA**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.003445-6

0020543160v4