

MEMORANDO SEI Nº 30803229/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 04 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Convocação da amostras - Pregão Eletrônico **112/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30631818 segue o resultado da análise das amostras:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
21	47025 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4 - 0	ENVELOPE	PL & BR DI TRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	SHALON	Amostra reprovada conforme SEI nº 30803191

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 04/09/2026, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30803229** e o código CRC **25D4C449**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30803229v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM 21 - 47025 – FIO CIRÚRGICO MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0

DESCRIÇÃO: 47025 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 4-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 1,90 A 2,5CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA

MARCA: SHALON

REGISTRO: 10243410014

LOTE: 2300626081

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE:

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(☒) Atende () Não atende
Maleabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	() Atende (☒) Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende (☒) Não atende
Penetrabilidade:	() Atende (☒) Não atende
Resistência do arame:	(☒) Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	() Atende (☒) Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: ENCASTAMENTO E ESPESURA DA AGULHA E FIO NÃO ADEQUADOS

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: CONFORME APONTAMENTOS

Dr. André Carminati Lima
Cirurgia Ap. Digestivo (RQE 14612,
CRM/SC 16831)

DATA: 04/09/26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____