



MEMORANDO SEI Nº 30367848/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 30 de julho de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30364385, encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
44	910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	2.730	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,75	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30364274	página 03 à 05 - 30364274	Exige	Solicito diligência: ausência de informação referente ao comprimento da agulha de ponta biselada.
45	910560 - DRENO SUCTOR 4.8 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 4.8 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	720	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,80	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30364274	página 03 à 05 - 30364274	Exige	Solicito diligência: ausência de informação referente ao comprimento da agulha de ponta biselada.
46*	910561 - DRENO SUCTOR 6.4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	190	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,97	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30364274	página 03 à 05 - 30364274	Exige	Solicito diligência: ausência de informação referente ao comprimento da agulha de ponta biselada.

47	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACÃO VESICAL CONTÍNUA NO TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUROCORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, ÚNICO EM PVC ANELADO, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	400	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENT OS MEDICOS LTDA	ZAMMI	20,70	página 01 - 30364329	Anvisa: 10216350113 página 02 - 30364329	página 03 à 06 - 30364329	Exige	Solicito diligência: ausência de informação referente ao tipo de PVC do tubo (solicitado no descritivo o pvc cristal) e da pinça (solicitado no descritivo o pvc anelado)
----	--	----	-----	---	-------	-------	----------------------	---	---------------------------	-------	---

Em resposta ao Memorando SEI 30367613 , encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
50	45964 - EVACUADOR DE ELLIK - PARA CIRURGIAS UROLÓGICAS - DESCARTÁVEL EVACUADOR DE ELLIK COMPLETO, PARA CIRURGIAS UROLÓGICAS, FABRICADO EM ACRÍLICO, PARA ADAPTAR EM CAMISA COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ. CAPACIDADE ENTRE 320 A 350 ML. PRODUTO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	160	EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARE S LTDA	ENDOSURG	160,00	página 01 - 30367478	Anvisa: 80170629011 página 03 - 30367478	página 04 e 05 - 30367478	Exige	Solicito diligência: ausência de informação se há material em acrílico conforme descritivo
51	13078 - FRASCO DE ASPIRAÇÃO FRASCO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO A VÁCUO RÍGIDO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLISULFONA, AUTOCLAVÁVEL A 134° C, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 5.000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA (FUNÇÃO ANTIREFLUXO) OU COM TAMPA VEDANTE EM BORRACHA (02 HASTES + BOIA), COM DIÂMETRO DE 19 A 21 CM.	Peças	74	VOLARE COMERCIO LTDA	PROTEC	886,00	página 01 - 30367606	Anvisa: 80435140038 página 02 - 30367606	página 06 à 14 - 30367606	Exige	Proposta classificada

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronizaçã



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 30/07/2026, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30367848** e o código CRC **216987E5**.