



### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Vimos, por meio deste, responder ao pedido de esclarecimento quanto ao Edital de Licitação do **Pregão Eletrônico nº 189/2020**, referente ao Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, em regime de consignação, nas especialidades de cirurgia geral e exames diagnósticos, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.**

A empresa E. Tamussino & Cia Ltda solicitou esclarecimentos quanto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 189/2020 (SEI nº 6556674):

"(...)

*Referente ao Pregão Eletrônico 189/2020 com abertura prevista para o dia 09/07, solicitamos esclarecimento quanto aos nossos materiais que seriam ofertados nos itens abaixo serem compatíveis com a solicitação do Órgão. Segue: Em anexo, como complemento, ficha técnica de cada produto para análise. ITEM DESCRITIVO DO EDITAL DESCRITIVO DO NOSSO MATERIAL OFERTADO OBSERVAÇÕES 8 913253 - BALAO DILAT. COLONOSCOPIA DIAM.PROGRESSIVO 12/36MM 5,5CM BALAO DE DILATAÇÃO PROGRESSIVA PARA COLONOSCOPIA COM 2,3MM DE DIAMETRO DO CATETER, 240CM DE COMPRIMENTO TOTAL, CONTENDO NA PONTA DO CATETER UM BALAO COM O DIAMETRO PROGRESSIVO DE 12/36MM E 5,5CM DE COMPRIMENTO DO BALAO COM GUIA DE 0,28 MM DE DIAMETRO, DESCARTAVEL G51796- HBDW-12-13.5-15 (Balão para dilatação endoscópica, com 5.5cm e 3 estágios c/diâm. de dilatação 12mm, 13.5mm e 15mm, com cateter de 8fr e 240cm. Acompanha fio guia .035pol com 300 cm de comp. Utilização colônica.) Nosso fio guia é de 0.035 pol, mas atende as demais características solicitadas. 30 12942 - FIO GUIA HIDROFÍLICO ZEBRADO 0.035 X 450 CM FIO GUIA HIDROFÍLICO ZEBRADO 0.035 X 450 CM. CONSTITUÍDO DE NITINOL, RECOBERTO COM JAQUETA PLÁSTICA EM POLIURETANO E COBERTURA HIDROFÍLICA, PONTA FLEXÍVEL, NO MÍNIMO 20 CM DE PONTA RADIOPACA, COM PONTA RETA, ANGULADA E OU RETA MOLDÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. G25686 METII-35-480 (Fio guia para CPRE .035 pol. diâm., 480cm de comp. Reto. Com 5cm de ponta hidrolíca Aqua Coat, e marca radiopaca. Modelo Tracer Metro Direct. ) Nosso fio tem 5cm de ponta radiopaca, mas atende as demais características solicitadas. Ficamos no aguardo de seu retorno para sabermos se podemos cotar os materiais. Se os mesmos, atendem ao estimado pelo Hospital. Obrigada! Atenciosamente, Isadora Matias – Aux."*

O pedido de esclarecimento foi encaminhado para a **Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais**, por meio do MEMORANDO SEI Nº 6595089/2020 - SES.UCC.ASU, para análise e emissão de parecer.

A análise técnica foi encaminhada por meio do MEMORANDO SEI Nº 6598309/2020 - HMSJ.UAD.AOPM.

Dessa forma, com base no referido Parecer Técnico, sirvo-me do presente para prestar os esclarecimentos:

a) Quanto ao material ofertado ao item 30:

A **Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais** informou no referido parecer técnico:

*"(...) o item 30 ofertado pela empresa atende a necessidade da instituição.*

b) Quanto ao material ofertado ao item 8:

A **Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais** informou no referido parecer técnico:

*(...) para o item 8 o material ofertado não atende a necessidade porém pode ser considerado para o item 3 do edital "913257 - BALAO DE DILATAÇÃO 12/13,5/15MM DE DIÂMETRO PARA DILATAÇÃO DE ESÓFAGO BALAO DE DILATAÇÃO DESCARTÁVEL, DE 2,3 MM DE DIÂMETRO E 230CM DE COMPRIMENTO TOTAL DO CATETER, COM 12/13,5/15MM DE DIÂMETRO DE BALAO E 5,5 CM DE COMPRIMENTO DO BALAO COM GUIA DE 0,35MM PARA USO EM DILATAÇÃO DE ESÓFAGO".*

Em que pese, o parecer técnico, informamos que será publicada a errata para alteração do descritivo dos itens do referido edital com finalidade de ampliar a competitividade.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 02/07/2020, às 17:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6607088** e o código CRC **5B11BBE8**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.046004-0

6607088v10