



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

**Objeto: Aquisição de materiais e acessórios para uso em equipamentos médicos do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde, através de Sistema de Registro de Preço**

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 07 de maio de 2020 às 16h19min (documento SEI 6215643).**

**2º Questionamento:** "Boa tarde! Solicito esclarecimento referente aos itens, 05, 37 e 38 do pregão eletrônico 42/2020 – Prefeitura de Joinville. Item 5 - 912007 - ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA/BANHO. ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA/BANHO, COM ABERTURA NA PARTE FRONTAL TIPO FERRADURA NA COR BRANCA COM OS PARAFUSOS EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA FIXAÇÃO. (Assento para qual cadeira?) Item 37 - 911465 - RODA DIANT 5" MACICA COM ARO E ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS RODA DIANT 5" MACICA CABEÇOTE GIRATÓRIO COM ARO E ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS. (Para qual cadeira de rodas?) Item 38 - 910339 - RODA TRAS C/ PNEU MACICO ARO RAIADO 24" P/ CADEIRA DE RODAS. (Para qual cadeira de rodas?) Aguardo breve retorno."

**Resposta:** Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: "*Em atendimento ao Memorando 6215651, que solicita análise ao pedido de esclarecimento da empresa Cirupar Produtos para Saúde apresentado ao Pregão Eletrônico 042/2020, conforme documento SEI nº 6215643, após contato com a coordenação de manutenção do Hospital Municipal São José, informamos que: Os itens 5- 912007 - ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA/BANHO e 911465 - RODA DIANT 5" MACICA COM ARO E ROLAMENTO- São para cadeira Ortobras; O item 38- 910339 - RODA TRAS C/ PNEU MACICO ARO RAIADO 24" P/ CADEIRA DE RODAS- São para cadeira de banho RG Jaguaribe;*"

Atenciosamente,

Pregoeira,

**Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ**



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 11/05/2020, às 09:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6228130** e o código CRC **291FE05D**.



---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

19.0.192053-1

6228130v2