

MEMORANDO SEI Nº 29692591/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 02 de junho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **156/2026**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de brocas e lâminas para o motor NSK (Primado 2)**.

Em atenção a Convocação (SEI nº 29462135), seguem as informações das amostras já analisadas pelo Hospital Municipal São José:

nº	Empresa	Item	Parecer
05	29462135	47475 - BROCAS CRANIAIS AUTO-STOP	Amostra Aprovada conforme SEI nº 29692573.

Protocolo de entrega da Amostra - 29511463

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 02/06/2026, às 10:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29692591** e o código CRC **967886BE**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.066100-4

29692591v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
05	47475 - BROCAS CRANIAIS AUTO-STOP POSSUIR ENGATE TIPO HUDSON; DEVE POSSUIR ENGATE RÁPIDO, AS PEÇAS DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE TOTAL DE ENGATE COM O EQUIPAMENTO NSK PRIMADO 2, GARANTINDO ENCAIXE PRECISO E SEGURO SEM A NECESSIDADE DE CHAVE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA


PREGÃO ELETRÔNICO: Produto ainda não adquirido pelo Hospital
 SETOR TESTE: Engenharia clínica (conexão com equipamento) e Centro Cirúrgico
 MARCA: Macom
 FORNECEDOR: MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
 LOTE: 201695/25
 FABRICANTE: Macom Intrumental
 REGISTRO ANVISA: 10243070074
 QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: boa funcionalidade.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM
 () NÃO MOTIVO: _____


 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 07/06/2026

impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por uuu0cz.zdu0u03.1.9

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
05	47475 - BROCAS CRANIAIS AUTO-STOP POSSUIR ENGATE TIPO HUDSON; DEVE POSSUIR ENGATE RÁPIDO, AS PEÇAS DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE TOTAL DE ENGATE COM O EQUIPAMENTO NSK PRIMADO 2, GARANTINDO ENCAIXE PRECISO E SEGURO SEM A NECESSIDADE DE CHAVE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Produto ainda não adquirido pelo Hospital
 SETOR TESTE: Engenharia clínica (conexão com equipamento) e Centro Cirúrgico
 MARCA: Macom
 FORNECEDOR: MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
 LOTE: 201695/25
 FABRICANTE: Macom Intrumental
 REGISTRO ANVISA: 10243070074
 QUANTIDADE: 01

CONEXÃO: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: *Referente ao encaixe da broca na peça de mão de equipamento NSK Primado 2.*

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: *A peça se encaixa perfeitamente no engate da peça de mão de equipamento NSK Primado 2.*

Humberto Pereira da Silva

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: *27/05/2026*

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por usuário: caco@uol.com.br