



MEMORANDO SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 24 de janeiro de 2024.

À SAP.LCT

Sra. Luciana Klitzke

À SES.UAD.ACM

Sr. Ivosney João Leite Bueno

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**.

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em atenção ao MEMORANDO SEI N° 0019874923 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico **542/2023**.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
3	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	MEDIX	Descritivo não informa com precisão qual produto está oferecendo	80495510079 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Solicitamos diligência para esclarecimento aos questionamentos: <ul style="list-style-type: none"> • Produto possui adaptador fixo na agulha ou adaptador é separado? Neste caso, ele possui mecanismo automático de descarte da agulha?
4	23592 - TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	FIRST LAB	Inadequada - proposta contendo mistura de descrições de itens. <i>TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P. E. T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL,</i>	81628880015 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Solicitamos diligência para esclarecimento com relação descritivo do produto.

	HEPARINA DE LÍCIO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPAS DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.			MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE HEPARINA DE LÍCIO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPAS DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA. ATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 (25x0,80MM), TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ADAPTADOR DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA PARA CADA 100 AGULHAS. EMBALAGEM DE EMBARQUE MÚLTIPLOS DE 1200 UNIDADES.			
5	5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	GT GROUP	SIM	80474870051 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
6	5164 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml , com gel separador	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	FIRSTLAB	SIM	81628880015 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada

	e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.						
7	5163 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	FIRSTLAB	SIM	81628880015 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
8	5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOCON	Apresentou descrição resumida: "TUBO A VACUO CITRATO 3,2% 3,6ML 13X75MM - MATERIAL PLASTICO"	80638720049 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
9	5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	GT GROUP	SIM	80474870051 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
10	5167 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml Tubo para coleta de sangue a	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	FIRSTLAB	SIM	81628880015 SIM - confirmado no	SIM	Proposta classificada

	vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA			portal da ANVISA		
11	23520 - Tubo (trace) sem aditivo para coleta de sangue a vácuo Tubo (trace) sem aditivo para coleta de sangue a vácuo, transparente, estéril, medindo 13x100 mm, aspiração de 6ml, para determinações de metais. Com tampa plástica protetora e fechamento com tampa de borracha sob pressão ou com rosca.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	SIM	10290310037 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
12	23593 - TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRAÇÃO DE 3 A 4ML. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	SIM	10290310037 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada
13	5160 - Tubo para coleta a vácuo EDTA K2 ou K3 com gel separador, 4ml ou 5ml Tubo para coleta a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora e fechamento com tampa de borracha sob pressão ou com	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	SIM	10290310032 SIM - confirmado no portal da ANVISA	SIM	Proposta classificada

	rosca, cor pérola ou roxa, medindo 13x100mm ou 13x75mm, aspiração de 5ml ou 4ml Com gel separador poliéster e anticoagulante EDTA K3 ou K2 na forma de spray seco.						
14	26211 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 1 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, DESCONECTOR DE AGULHAS NA TAMPA. POSSUIR SOBRETAMPA. 1 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Labor Import	SIM	ISENTO	SIM	Proposta classificada
15	18800 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	SIM	ISENTO	SIM	Proposta classificada
16	18798 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM	ALTERMED MATERIAL MEDICO	CRAL	SIM	ISENTO	SIM	Proposta classificada

PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	HOSPITALAR LTDA					
---	--------------------	--	--	--	--	--

b) Considerando o Edital 0019628279, que define que "*Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o(s) item(s) para apresentar obrigatoriamente amostra, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital,*" as amostras deverão ser apresentadas conforme quantitativos a seguir:

Item	Descritivo resumido	Quantidade de amostras por item
5	Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml	no mínimo 10 (dez) unidades
6	Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml	no mínimo 10 (dez) unidades
7	Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml	no mínimo 10 (dez) unidades
8	Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml	no mínimo 10 (dez) unidades
9	Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml	no mínimo 10 (dez) unidades
10	Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml	no mínimo 10 (dez) unidades

12	Tubo de descarte ou transporte para coleta de sangue a vácuo sem aditivo	no mínimo 05 (cinco) unidades
14	Coletor para resíduo infectante perfuro cortante RÍGIDO 1 L	no mínimo 01 (uma) unidade
15	Coletor para resíduo infectante perfuro cortante RÍGIDO 7 L	no mínimo 01 (uma) unidade
16	Coletor para resíduo infectante perfuro cortante RÍGIDO 13 L	no mínimo 01 (uma) unidade

- Para os **itens 11 e 13, não será necessário amostra**, pois já possuem parecer técnico de validação, conforme anexos 0019891945 e 0019893846.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 26/01/2024, às 07:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 26/01/2024, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019883852** e o código CRC **6A1E5371**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0019883852v47