



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018163055/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2023.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018123535), segue análise técnica complementar:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende ao edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.11 Prospecto, Ficha técnica, Imagem de Site	Amostra	Parecer
1	916891 - ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE COM 100 PECAS) EM ESPATULA DE MADEIRA, COR NATURAL, MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, LISAS, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.	PCT	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	ESTILO	De acordo	81453139001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 8, de acordo com o edital	----	Proposta de acordo com o edital.  Proposta Classificada.
2	4536 - ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO DESCARTAVEL ESPATULA ABAIXADORA DE LINGUA COM TAMANHO ENTRE 12 E 14CM X 1,5 A 2CM, CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO ATOXICO COM SUPERFICIE LISA E BORDAS ARREDONDADAS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS QUE PERMITAM A PROTECAO DA INTEGRIDADE DO MATERIAL ATE SUA UTILIZACAO. PACOTE COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	Pacote	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AGAPLASTIC Agaplastic mos. liso	De acordo	10438729005, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 29. O edital exige medidas de 12 a 14 cm X 1,5 a 2 cm; O prospecto indica 124 mm (12,4 cm) X 17 mm (1,7 cm). De acordo com o edital	----	Proposta de acordo com o edital.  Proposta Classificada.
11	33479 - ESCOVA ENDOCERVICAL COM MICRO CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREMAMENTE FINO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04 MM, MONOFILAMENTO DE SUSTENTACAO DE ACO INOXIDAVEL, MALEAVEL. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 180 MM, SENDO NO MÍNIMO 1,8 MM	UNID	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	CRAL/ ABSORVE	De acordo	10379860185, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 11	---	Proposta de acordo com o edital.  Proposta Classificada.

	DE PONTA ATIVA EM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO E 16 MM DE CABO EM POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE A TRACAO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ENVELOPE, ESTERILIZADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. ARMAZENADAS EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.							
13	22557 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL,COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 110MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 29 MM E DISTAL DE 32MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 170 MM, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Peças	STOCK MED S.A	KOLPLAST (Ref. 900700212)	Não descreve todas as exigências do edital.	10237610151, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 3	Proposta de acordo com o edital.  Proposta Classificada
14	22558 - ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL,COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 95MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 25 MM E DISTAL DE 28MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 156 MM, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE	Peças	STOCK MED S.A	KOLPLAST (Ref. 905400211)	Não descreve todas as exigências do edital.	10237610151, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 7	Proposta de acordo com o edital.  Proposta Classificada

	ENTREGA.								
15	22559 - ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL, COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 80MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 22MM E DISTAL DE 22MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 143 MM, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Peças	STOCK MED S.A	KOLPLAST (Ref. 900100211)	Não descreve todas as exigências do edital.	10237610151, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, pág. 10	----	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
26	5375 - PAPEL TERMOSENSIVEL QUADRICULADO PAPEL TERMICO PARA ELETROCARDIOGRAFO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000. COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 216MM, RESOLUCAO VERTICAL 8 PONTOS/MM, RESOLUCAO HORIZONTAL 16 PONTOS/MM.	Rolo	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TECNOPRINT Ecg 216x30	De acordo	Isento.	Prospecto SEI 0018111956 pág. 40 não deixa claro exigências do edital: 1. RESOLUÇÃO VERTICAL 8 PONTOS/MM, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 16 PONTOS/MM.		A ficha técnica não trás informações acerca da "Resolução vertical 8 pontos/mm, resolução horizontal 16 pontos/mm" exigida no edital, porém, a empresa indicou na proposta que o item atende a todo o descritivo do edital. Desta forma, a proposta está classificada.
27	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TECNOPRINT	De acordo	Isento.	Apresentou, pág. 41. O prospecto não indica que o item ofertado é compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE, porém, o item em questão já foi aprovado anteriormente no Hospital Municipal São José conforme SEI Memorando SES.UAF.ACM (SEI nº 0011322270)	---	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
28	917953 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TIPO DE PAPEL: SULFITE BRANCO GRAMATURA: 75	FL	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	TECNOPRINT Ecg 215x280x1000	De acordo	Isento.	Apresentou, pág. 42	----	Proposta de acordo com o edital.

GRM²TAMANHO: 280 X 215 MM COR: 1 X 0 MICROSSERILHADO AO MEIO TIPO FORMULARIO CONTINUO EMBALAGEM: CAIXA COM 1.000 TIRAGEM MINIMA: 5.000 FLS	LTDA						Proposta Classificada.
--	------	--	--	--	--	--	---------------------------

As análises solicitadas no Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018152075) serão encaminhadas posteriormente,

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/08/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018163055** e o código CRC **B44AA705**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.183452-7

0018163055v5