MEMORANDO SEI Nº 25285710/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 25285658, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospectos ou fichas técnicas ou imagens de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
									Na análise preliminar, foi indicado que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar vigente, indicando a suspensão de comercialização e uso de todos os lotes a partir de 06/03/2025 e questionado: 1- Como a licitante garantirá o fornecimento do produto da marca ofertada e sem restrição de uso por parte da Anvisa? 2- A ficha técnica apresentada indica conector leur Slip/lock e conectores

									luer, porém, o edital exige todas as conexões luer-lock; o item ofertado possui conexões luer-lock ou luer-slip?
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	PC	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medix	De acordo	80495510050- Registro vigente, com medida cautelar vigente indicando a suspensão de comercialização e uso do produto "torneira 3 vias" a partir de 06/03/2025, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	No retorno, a empresa informou "fomos informados pelo fabricnate que os documentos enviados anteriormente não estavam atualizados. Segue em anexo a ficha atualizada do item. Pedimos desculpas pelo equívoco" e apresentou o documento SEI nº 25285629. Ocorre que a documentação apresentada pela empresa é referente a outros modelos, com outros registros na Anvisa (80495519037 e 80495519038) e o modelo "lipídio resistente" e na proposta inicial a empresa tinha ofertado torneirinha registro 80495510050, com a informação "não indicado para administração de líquidos e lipídios com alta viscosidade". Frente ao exposto, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende ao item 8.10.1 do edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 25/04/2025, às 16:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **25285710** e o código CRC **7068BB79**.