



---

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT****PREGÃO ELETRÔNICO nº 344/2024**

**Objeto:** Aquisição de Monitores Multiparâmetros para o Hospital Municipal São José.

**ESCLARECIMENTOS:**

**Recebido em 27 de agosto de 2024 às 18h 12min (documento SEI nº 0022591240).**

**3º Questionamento:** *"Nos itens 01 a 03, no Anexo VI - Termo de Referência está sendo solicitado [...] CONECTIVIDADE COM PC VIA UBS OU WIRELESS [...]. Gostaríamos de confirmar se a conectividade solicitada se refere a comunicação do monitor com a central de monitoramento".*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0022591449/2024 - HMSJ.CAOP,

Correto, a conectividade é referente à conexão com a central de monitoramento.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

**Pregoeiro(a) - Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 29/08/2024, às 10:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022609456** e o código CRC **5A016631**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)