



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Ata da reunião para análise das propostas apresentadas ao Pregão nº 038/2015, para **Aquisição de equipamentos médico hospitalares para uso nas dependências do Complexo de Emergências Deputado Ulysses Guimarães do Hospital Municipal São José**. Aos 02 dias de outubro de 2015, às 11:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº 116/2015, para análise das Propostas e Prospectos apresentados. O Pregoeiro juntamente com sua equipe e a Comissão Técnica do Hospital Municipal São José classificaram as empresas conforme M.I. Nº 059/2015, sendo:

| Item | Material | Empresa / Marca | Análise Técnica |
|------|----------------------|--|--|
| 1 | Cadeira de rodas | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Dune / Modelo RX-60 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige rodas traseiras aro 24” com pneus maciços, produto ofertado com pneus traseiros infláveis. Edital também exige largura do assento mínimo de 45 cm, produto ofertado com largura do assento de 42 cm. Empresa não apresentou o registro da Anvisa para este item conforme exige o Edital. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg1685). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Ortobrás / modelo AVD Alumínio | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige rodas traseiras aro 24” com pneus maciços, produto ofertado com pneus traseiros infláveis. Empresa apresentou uma Cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 2069). |
| | | Metromed Comercio de Material Médico Hospitalar Marca Maxmann / 1016 | Aprovado, Atende ao descritivo do Edital. |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca Ortomix / Modelo Standard Plus Duplo X | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige rodas traseiras aro 24” com pneus maciços, produto ofertado com pneus traseiros infláveis. |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca CDS / Modelo 301 P | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige largura do assento mínimo 45 cm, produto ofertado possui largura do assento de 40 cm (pg. 891). |
| 2 | Maca de Higienização | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 110-001 | Atende o descritivo, empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1872). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 110-001 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 110-001 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| 3 | Poltrona Reclinável | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca MHL / Modelo MHL 110-021 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige braços articuláveis e que o equipamento proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso. Equipamento ofertado com braços não articuláveis e acionamento das posições através de alavanca manual (pg 1787) |
| | | Qualymedic Comercio e | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | |
|--|--|---|
| | Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN11002 | as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso, produto ofertado realiza as posições através do acionamento pro meio de alavanca lateral (pg 1686). Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original. |
| | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 110-021 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige braços articuláveis e que o equipamento proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso. Equipamento ofertado com braços não articuláveis e acionamento das posições através de alavanca manual (pg 1950). |
| | Metromed Comercio de Material Médico Hospitalar Marca Olimedica / 109 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso, Folder do produto ofertado não especifica que o sistema de acionamento é automático (pg 802). |
| | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 109 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso, produto ofertado com acionamento por trava manual. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1045). |
| | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 110-021 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige braços articuláveis e que o equipamento proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso. Equipamento ofertado com braços não articuláveis e acionamento das posições através de alavanca manual (pg 2071). |
| | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 086 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige braços articuláveis e que o equipamento proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso. Equipamento ofertado com braços não articuláveis e acionamento das posições através de alavanca manual. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1084). |
| | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 109 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige proporciona as posições trendelemburg, semi-sentado, através de sistema de acionamento automático com leve esforço do dorso, produto ofertado com acionamento por trava manual. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 997). |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| 4 | Armário tipo carro para rouparia | Conkast Medical Marca Técnica Hospitalar / Modelo FB 806 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige acabamento em gel coat, no folder apresentado pela empresa não possui essa informação. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1085). |
| 5 | Carro para guarda de medicação | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 170 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige as seguintes dimensões para as caixas altura : máximo de 130 mm e mínima de 115 mm, largura máxima de 130 mm e mínima de 115 mm, profundidade máxima de 430 mm e mínima de 400 mm e as Dimensões do carro : altura máxima 700 mm e mínima de 650 mm, largura máxima de 900 mm e mínima de 700 mm e profundidade máxima de 600 mm e mínima de 500 mm. Produto ofertado com as seguintes dimensões para as caixas altura: 150 mm, largura 190 mm, profundidade 290 mm e dimensões do carro: altura 980 mm x largura 1000 mm x profundidade 620 mm. Empresa apresentou cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original. (pg 1046) |
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 108 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1086). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 170 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige as seguintes dimensões para as caixas altura : máximo de 130 mm e mínima de 115 mm, largura máxima de 130 mm e mínima de 115 mm, profundidade máxima de 430 mm e mínima de 400 mm e as Dimensões do carro : altura máxima 700 mm e mínima de 650 mm, largura máxima de 900 mm e mínima de 700 mm e profundidade máxima de 600 mm e mínima de 500 mm. Produto ofertado com as seguintes dimensões para as caixas altura: 150 mm, largura 190 mm, profundidade 290 mm e dimensões do carro: altura 980 mm x largura 1000 mm x profundidade 620 mm. Empresa apresentou cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 998). |
| 6 | Carro para | Royal – M.H.M do Couto | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|---|---|--|--|
| | guarda de soro | Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 50-003 | prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 02 prateleiras internas. (pg 1874), empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original. |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 50-003 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 02 prateleiras internas. (pg 1940). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 50-003 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 02 prateleiras internas. |
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo FB 807 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige acabamento em gel coat e prateleiras internas removíveis no folder apresentado pela empresa não possui essas informações. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1087). |
| 7 | Manta térmica e unidade geradora de calor | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda Marca Covidien / Modelo Warm Touch | Aprovado, Atende ao descritivo do Edital. |
| 8 | Escada de dois degraus | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Renascer / Modelo RN14037 | Atende o descritivo, empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1875). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN14037 | Atende o descritivo, empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1687). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 55-005 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige pés com ponteira em borracha, produto ofertado com pés com ponteira em material plástico (pg 1940). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 55-005 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige pés com ponteira em borracha, produto ofertado com pés com ponteira em material plástico (pg 1940). |
| | | Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Marca Olimedica / 124 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige piso em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso recoberto com borracha antiderrapante e comprimento 0,50 m. Produto ofertado com degraus (piso) em MDF e comprimento 0,40 m (pg 802). |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 125 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1047). |
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 032 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige pés com ponteira em borracha, no folder apresentado pela empresa não possui essa informação. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1088). |
| | | LANCI Madeira Plástica Marca Levita / Modelo LV 139i | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige pés com ponteira de borracha e altura 0,35 m. Produto ofertado com pés com ponteira PVC antiderrapante e altura 0,34 m. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 850). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar | Reprovado, empresa não apresentou o folder do produto edital exige no item 8.13.2.1 apresentação do folder |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|--|--|--|
| | | Marca Renascer / RN10006 | original. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimed / modelo OLI 125 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 999). |
| 9 | Cadeira de banho e uso sanitário | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca MHL / Modelo MHL 36-002 | Reprovado. Não atende o descritivo do edital que exige encosto em plástico resistente e apoio para os pés com borracha antiderrapante, produto ofertado com encosto em courvin e sem a borracha antiderrapante no apoio para os pés (pg 1767). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Dune / Modelo Banho Max | Reprovado. Não atende o descritivo do edital que exige encosto em plástico resistente, apoio para os pés com borracha antiderrapante e apoio para os braços escamoteável, produto ofertado com encosto em courvin, sem a borracha antiderrapante no apoio para os pés e apoio de braço fixo. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1688) |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 36-002 | Reprovado. Não atende o descritivo do edital que exige encosto em plástico resistente e apoio para os pés com borracha antiderrapante, produto ofertado com encosto em courvin e sem a borracha antiderrapante no apoio para os pés (pg 2057). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 36-002 | Reprovado. Não atende o descritivo do edital que exige encosto em plástico resistente e apoio para os pés com borracha antiderrapante, produto ofertado com encosto em courvin e sem a borracha antiderrapante no apoio para os pés (pg 2072). |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 110 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1048). |
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 112 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1089). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 110 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1000). |
| 10 | Carro para transporte de materiais em aço inoxidável | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 80-001 | Atende o descritivo, empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original. (pg. 1877). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN04003 | Atende o descritivo. Empresa apresentou cópia do folder, edital exige apresentação do, folder original item 8.13.2.1 (pg 1689). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 80-001 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 80-001 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 138 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1049). |
| | | Conkast Medical | Atende ao descritivo do Edital. Empresa não apresentou |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|---|---|--|
| | | Marca Conkast / Modelo CNK 113 | folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1090). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimed / modelo OLI 138 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1001). |
| 11 | Carro para transporte de material contaminado | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1878). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN04001 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige 02 portas, com trinco e chave, e 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado não possui chave e possui apenas 02 prateleiras interna. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1690). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa não apresentou folder deste produto. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa não apresentou folder deste produto. |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 185 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1050). |
| | | Conkast Medical Marca Conkast / Modelo CNK 114 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1091). |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca RC Móveis / Modelo 15.027 | Atende ao descritivo do Edital. O Edital exige garantia de 12 meses, na proposta a proponente informar que a entrega e demais condições conforme o Edital. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1207). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 185 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1002). |
| 12 | Carro para transporte de material limpo | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1878). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN04001 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige 02 portas, com trinco e chave, e 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado não possui chave e possui apenas 02 prateleiras interna. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1690). |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|---|--|---|
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa não apresentou folder deste produto. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / modelo 50-008 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige 03 prateleiras internas removíveis, produto ofertado possui 01 prateleira interna removível. Empresa não apresentou folder deste produto. |
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 115 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa não apresentou folder original conforme exige o item 8.13.2.1 do Edital (pg 1092). |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 186 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1051). |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca RC Móveis / Modelo 15.027 | Atende ao descritivo do Edital. O Edital exige garantia de 12 meses, na proposta a proponente informar que a entrega e demais condições conforme o Edital. Empresa apresentou uma cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1208). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 186 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1003). |
| 13 | Carro para transporte de resíduos hospitalares - lixo | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 60-011 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento, empresa ofertou produto com 1,36 m de comprimento. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1879). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 60-011 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento, empresa ofertou produto com 1,36 m de comprimento. (pg 1942). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 60-011 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento, empresa ofertou produto com 1,36 m de comprimento. (pg 2261). |
| | | Conkast Medical Marca Tecnica Hospitalar / Modelo FB 401-A | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento, empresa ofertou produto com 1,35 m de comprimento. (pg 1093). |
| 14 | Carro para transporte de roupa limpa | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 60-009 | Atende o descritivo, empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original. (pg. 1880). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 60-009 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 60-009 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Conkast Medical Marca Tecnica Hospitalar / Modelo FB 101-A | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua pneus infláveis de 8”, folder apresentado pela empresa não informa o tamanho do pneu. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1094). |
| 15 | Carro para transporte de roupa suja | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 60- | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento e capacidade de 650 l, empresa ofertou produto com 1,36 m de |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|--|--|---|
| | | 011 | comprimento e capacidade de 632 l. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1879). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 60-011 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento e capacidade de 650 l, empresa ofertou produto com 1,36 m de comprimento e capacidade de 632 l. (pg 2035) |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Moldglas / Modelo 60-011 | Reprovado, não atende ao descritivo edital exige que o produto possua 1,45 m de comprimento e capacidade de 650 l, empresa ofertou produto com 1,36 m de comprimento e capacidade de 632 l. (pg 2261) |
| 16 | Conjunto de cortinas divisórias para PS | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Enterprise/ Modelo Cortina | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| 17 | Conjunto de cortinas divisórias para UTI | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Enterprise/ Modelo Cortina vinil | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| 18 | Esfigmomanômetro aneróide - adulto | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Riester / Modelo R1-Shock | Aprovado. Atende o descritivo do Edital. |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Welch Allyn/ Modelo DS-44-11 | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Nissei / modelo HT 1500 | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| | | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda Marca Welch Allyn / Modelo DS44 | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Nissei / Modelo Palm-ht 1500 | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Dyassist / modelo Adulto | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige equipamento livre de látex, produto ofertado com manguito e bulbo em látex (pg 1004). |
| 19 | Estetoscópio adulto duplo | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Riester / Modelo Cardiophon | Aprovado. Atende o descritivo do Edital. |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Premium/ Modelo Estcard | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige faixa de frequência 20 a 500hz, no folder apresentado pela empresa não especifica a faixa de frequência. Empresa apresentou cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1696). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca Spirit / modelo Master Pro | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige estetoscópio cardiológico duplo, o produto ofertado não é duplo (pg 2083). |
| | | Metromed Comercio de Material Médico Hospitalar Marca Accumed / Modelo | Reprovado, Não atende ao descritivo do edital que exige faixa de frequência 20 a 500hz, produto ofertado com faixa de frequência de 100 à 1000 hz (pg 790) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| | | Cardiológico | |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Spirit/ Modelo Profissional | Aprovado, atende ao descritivo do edital. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Dyasist / modelo Adulto | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige faixa de frequência 20 a 500hz, no manual apresentado pela empresa não especifica a faixa de frequência (pg 1007). |
| 20 | Lanterna clínica | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Riester / Modelo Fortelux H | Aprovado. Atende o descritivo do Edital. |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Premium/ Modelo Lantpre | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige lâmpada de 2,5 V à vácuo, produto ofertado com lâmpada de 2,2 V. |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MD / Modelo TL-904 | Reprovado, não atende ao descritivo do edital que exige lâmpada de 2,5 V à vácuo, produto ofertado com lâmpada de 2,2 V. (pg 2092) |
| | | Metromed Comercio de Material Médico Hospitalar Marca Spirit / Instrulite | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 779). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Spirit/ Modelo Radiantlite-penled | Atende ao descritivo do Edital. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca MD / modelo Spirit | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1009). |
| 21 | Lixeira com pedal 100 litros | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 10-004 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1884). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 10-004 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Conkast Medical Marca Tecnica Hospitalar / Modelo FB 100 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1095). |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca Metal Pan / Modelo F-1067 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Edital exige garantia de 12 meses, na proposta a proponente informar que entrega e demais condições conforme o Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1210). |
| | | LANCI Madeira Plástica Marca Metal Pan / Modelo F-1067 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 851). |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca BK/ Modelo Mbkbp 004 | Reprovado, empresa não apresentou o folder do produto edital exige no item 8.13.2.1 apresentação do folder original. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Art's Fibra / modelo 100LT | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, produto ofertado com o dispositivo de elevação da tampa em ferro liso 3/8. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1010). |
| 22 | Lixeira com pedal 25 litros | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 10-002 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1885). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 10-002 | Aprovado, atende ao descritivo do Edital. |
| | | Conkast Medical Marca Tecnica Hospitalar / Modelo FB 25 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1095). |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca Metal Pan / Modelo F-1067 C | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Edital exige garantia de 12 meses, na proposta a proponente informar que entrega e demais condições conforme o Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1215). |
| | | LANCI Madeira Plástica Marca Metal Pan / Modelo F-1067 C | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 853). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca BK/ Modelo Mbkbp 002 | Reprovado, empresa não apresentou o folder do produto edital exige no item 8.13.2.1 apresentação do folder original. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Art's Fibra / modelo 25LT | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, produto ofertado com o dispositivo de elevação da tampa em ferro liso 3/8. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1011). |
| 23 | Lixeira com pedal 60 litros | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Moldglas / Modelo MOL 10-003 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige capacidade de 60 l, produto ofertado com capacidade de 50 l. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1886). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca Moldglas / Modelo MOL 10-003 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige capacidade de 60 l, produto ofertado com capacidade de 50 l. (pg 2039). |
| | | Conkast Medical | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Marca Tecnica Hospitalar / Modelo FB 50 | capacidade de 60 l, produto ofertado com capacidade de 50 l. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1095). |
| | | D & G Produtos para Saúde Ltda Marca Metal Pan / Modelo F-1067 B | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Edital exige garantia de 12 meses, na proposta a proponente informar que entrega e demais condições conforme o Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1219). |
| | | LANCI Madeira Plástica Marca Metal Pan / Modelo F-1067 B | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, no folder do produto ofertado não informa o material de que é feito o sistema de elevação da tampa. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 855). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca BK/ Modelo Mbkbp 003 | Reprovado, empresa não apresentou o folder do produto edital exige no item 8.13.2.1 apresentação do folder original. |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Art's Fibra / modelo 60LT | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige dispositivo de elevação da tampa deve ser em aço inoxidável, produto ofertado com o dispositivo de elevação da tampa em ferro liso 3/8. Empresa apresentou Cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1012). |
| 24 | Oftalmoscópio direto | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Riester / Modelo RI-MINI | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige mínimo de cinco (05) aberturas, produto ofertado possui 04 aberturas (pg1801) |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Welch Allyn/ Modelo Pocket Júnior | Reprovado, não atende ao descritivo do edital exige mínimo de cinco (05) aberturas, produto ofertado possui 03 aberturas, conforme consta na proposta da empresa (pg 1574). Empresa apresentou manual e registro da Anvisa do equipamento otoscópio em vez de oftalmoscópio, já o folder apresentado é uma Cópia edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1698) |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MD / modelo Omni 3000 | Aprovado, Atende ao descritivo do Edital. |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca MD/ Modelo Omni 3000 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 939). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca MD/ Modelo Omni 3000 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1013). |
| 25 | Reanimador manual adulto com válvula de segurança | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Protec / Modelo 5921 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige que todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| | tipo ambú | | reservatório de O2, no manual do produto ofertado informa que o este não deve passar pelo processo de autoclavagem (pg. 1798). |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca MD / Modelo Adulto | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1699). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MD / Modelo Manual Reutilizável | Atende ao descritivo do Edital |
| | | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda Marca Protec / Modelo PR05757 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1233). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca MD/ MD | Atende ao descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 941). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Oxigel/ Modelo Silicone | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige que todos os componentes deverão ser desmontáveis, permitindo a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave, com exceção do balão reservatório de O2 e balão reservatório de O2 de 2500 ml, no folder do produto ofertado informa que a Mascara Facial Adulto é Autoclavável e não todo os componentes, além de não informar a capacidade do balão reservatório de O2 (pg. 1014). |
| 26 | Suporte de soro com rodízios | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca Renascer / Modelo RN 13003 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige altura máxima 2,50 m, produto ofertado com altura máxima de 2,10 m (pg 1890). Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1890) |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RN 13003. | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige altura máxima 2,50 m, produto ofertado com altura máxima de 2,10 m. Empresa apresentou copia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1700) |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 110-026 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige manipula lateral em aço inox e altura máxima de 2,50 m e mínima de 1,10 m, produto ofertado com altura máxima de 2,45 m e mínima de 1,60 m. (pg 2055) |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 110-026 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige manipula lateral em aço inox e altura máxima de 2,50 m e mínima de 1,10 m, produto ofertado com altura máxima de 2,45 m e mínima de 1,60 m. (pg 2250). |
| | | Metromed Comercio de Material Médico Hospitalar Marca Olimedica / Modelo 107 | Reprovado não atende ao descritivo do Edital que exige tubo de aço inoxidável, empresa ofertou produto com tubo de aço carbono. Edital exige altura máxima de 2,50 m e mínima de 1,10 m, produto ofertado com altura máxima de 2,00 m e mínima de 1,05 m. No folder apresentado pela empresa não informa que o manípulo para regulagem de altura é de aço inoxidável (pg 802). |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 108 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1052). |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|--|---|---|
| | | Conkast Medical Marca Konkast / Modelo CNK 105 | Reprovado não atende ao descritivo do Edital que exige manípulo para regulagem de altura é de aço inoxidável, folder apresentado pela empresa não possui essa informa. . Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1096). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Renascer / Modelo RN13003 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige altura máxima 2,50 m, produto ofertado com altura máxima de 2,10 m. Empresa apresentou copia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 943). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedicl/ Modelo OLI 108 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1015). |
| 27 | Ventilador pulmonar com 2 níveis de pressão não Invasiva - bipap | | ITEM DESERTO |
| 28 | Carro de emergência | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca MHL / Modelo MHL 60-018 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige tampo em aço inox produto ofertado com tampo em fiberglass. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1891) |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Renascer / Modelo RNTI 3700 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige tabua de massagem em acrílico e rodízios de 100 mm de diâmetro. Produto ofertado com tabua de massagem em MDF (pg. 1701), rodízios de 3” (76,2 mm) (pg 1611). |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 60-018 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige tampo em aço inox e deve possuir as seguintes dimensões: A 1150mm x L 570mm x P 520mm, no mínimo. Produto ofertado com tampo em fiberglass e dimensões: A 1020mm x L 360mm x P 500mm. (pg 2046). |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 60-018 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige tampo em aço inox e deve possuir as seguintes dimensões: A 1150mm x L 570mm x P 520mm, no mínimo. Produto ofertado com tampo em fiberglass e dimensões: A 1020mm x L 360mm x P 500mm. (pg 2243). |
| 29 | Foco cirúrgico móvel | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca KSS / Modelo Skyled 65 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige controle de intensidade de luminosidade e liga/desliga na cúpula do equipamento, produto ofertado com controle de intensidade e chave liga/desliga na situados na base do equipamento (pg. 1820). Produto ofertado com prazo de garantia de 12 meses, Edital exige prazo de garantia de 24 meses. |
| | | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca Maquet / Modelo Lucea 50 | Atende ao descritivo do Edital. Empresa ofertou o produto com prazo de garantia de 12 meses, edital exige prazo de garantia de 24 meses para este item. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|---|--|---|
| | | Mobile | |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca KSS / Modelo 00.115.00025 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige controle de intensidade de luminosidade e liga/desliga na cúpula do equipamento, produto ofertado com controle de intensidade e chave liga/desliga localizados na base do equipamento. |
| | | KSS Equipamentos Médico Marca KSS / Modelo SKYLED 65 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige controle de intensidade de luminosidade e liga/desliga na cúpula do equipamento, produto ofertado com controle de intensidade e chave liga/desliga localizados na base do equipamento (pg 1107). |
| | | Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda Marca Sismatec / Modelo Auxiliar 1L | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige chave liga/desliga na cúpula do equipamento, produto ofertado com controle chave liga/desliga localizado na base do equipamento (pg 808). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Sismatec / Modelo Sismatec | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige chave liga/desliga na cúpula do equipamento e garantia de 24 meses, produto ofertado com controle chave liga/desliga localizado na base do equipamento e garantia de 12 meses. (pg 945). |
| 30 | Guindaste para pacientes | Qualymedic Comercio e Assistência Técnica Ltda Marca ArjoHuntleigh / Modelo Guindaste Maxi Move | Atende ao descritivo do Edital. Empresa ofertou o produto com prazo de garantia de 12 meses, edital exige prazo de garantia de 24 meses para este item. |
| 31 | Ventilador pulmonar uso adulto e pediátrico | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca KTK / Modelo Carmel | Não atende o descritivo. Edital exige que o equipamento deve funcionar com pressão de alimentação dos gases de entrada na faixa mínima de 2,5 a 6,0 kgf/cm ² , equipamento ofertado funciona com pressão de alimentação dos gases de 40 a 150 psi (2,8 a 10,5 kgf/cm ²). Edital exige sensor de oxigênio permanente não consumível, interno ao equipamento, produto ofertado com sensor de oxigênio consumível e externo ao equipamento. Edital exige sensor de fluxo expiratório interno ou acoplado ao equipamento (sem necessidade de uso de cabo ou linha de amostra), produto ofertado com sensor de fluxo externo conectado ao equipamento através de tubo (linha de amostra). Edital exige Tela gráfica em LCD colorida de no mínimo 12 polegadas, touchscreen, com curvas e tendências com possibilidade de angulação, produto ofertado não possui Tela touchscreen. (pg 1824) |
| | | Magnamed Marca Magnamed / modelo Fleximag Plus | Não atende o descritivo. Edital exige sensor de fluxo expiratório interno ou acoplado ao equipamento (sem necessidade de uso de cabo ou linha de amostra), produto ofertado com sensor de fluxo externo conectado ao equipamento através de cabo e de linha de amostra (pg 1929). |
| | | Qualymedic Marca Maquet / modelo Servo S | Atende o descritivo. Empresa ofertou o produto com garantia de 12 meses, edital exige garantia de 24 meses para esse item (pg 1583) |
| | | GE Healthcare | Atende o descritivo do Edital |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|---|--|--|
| | | Marca GE / Modelo GE | |
| | | Leistung Marca Leistung / Modelo Luft 3 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige que o equipamento possua controles de configuração da pressão inspiratória/controlada: 10 a 90 CMH2O sem PEEP, no mínimo, equipamento ofertado possui controle de configuração da pressão controlada de 1 a 80 cmH2O (pg 587); Edital exige que o equipamento deve funcionar com pressão de alimentação dos gases de entrada na faixa mínima: 2,5 a 6,0 kgf/cm2, produto ofertado com pressão de alimentação dos gases de entrada na faixa de 2,8 a 7,0 kgf/cm2 (pg 581); Edital exige que o equipamento deve possuir sensor de fluxo expiratório interno ou acoplado ao equipamento (sem necessidade de uso de cabo ou linha de amostra) ou em compartimento que limite o acesso direto do operador, produto ofertado com sensor de fluxo externo conectado ao equipamento com linha de amostra (mangueira) (pg 634). |
| 32 | Ventilador pulmonar de transporte | Magnamed Marca Magnamed / modelo Oxymag | Reprovado não atende o descritivo do Edital que exige sensor de fluxo único para todos os tipos de paciente. Na proposta a proponente não informa a entrega do carrinho de suporte para o ventilador exigido no Edital. |
| | | Leistung Marca Leistung / modelo PR4-g | Reprovado não atende o descritivo do edital Deve possuir os seguintes controles: percentagem de O2: 40% a 100%, no mínimo e tempo inspiratório: 0,2 a 3 segundos, produto ofertado possui porcentagem de O2 em 50% ou 100% e tempo inspiratório de 0,3 a 3 segundos (pg 687); Edital exige modo de ventilação Bipap, produto ofertado não possui esse modo; |
| 33 | Processadora de filmes radiográficos | Qualymedic Marca Sigex / modelo Optimax 2010 | Atende o descritivo. Empresa ofertou o produto com garantia de 12 meses, edital exige garantia de 24 meses para esse item. |
| 34 | Visor plumbífero | | ITEM DESERTO |
| 35 | Sinalizador para raios X em uso | | ITEM DESERTO |
| 36 | Maca para transporte com cilindro de Oxigênio | Royal – M.H.M do Couto Comercial ME Marca MHL / Modelo MHL 50-032 | Reprovado, empresa apresentou manual do produto que não corresponde ao modelo ofertado, já o folder que a empresa apresentou informa que o produto possui rodízios de 5”, edital exige rodízios de 8”, folder não informa sobre o suporte para cilindro. Empresa apresentou folder retirado da internet edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1895) |
| | | Qualymedic Marca Renascer / modelo RN04018i | Reprovado, não atende o descritivo do Edital que exige suporte para cilindro de oxigênio de 1 m3, manual do produto ofertado não consta a informação desse suporte. Na proposta apresentado pela empresa não consta o fornecimento do cilindro de 1 m3 em alumínio conforme exige o Edital. |
| | | MHL Metalúrgica Hospitalar Marca MHL / Modelo MHL 50-032 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige pneus maciços de no mínimo 8”, produto ofertado com |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
 Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
 Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| | | | rodízios de 5". Edital exige fornecimento de um cilindro de 1 m3 em alumínio, na proposta da empresa informa que virá acompanhada do cilindro, mas não informa o material que este é confeccionado. (pg 2049) |
| | | Cirúrgicas Ceron Marca MHL / Modelo 50-032 | Reprovado, não atende ao descritivo do Edital que exige pneus maciços de no mínimo 8", produto ofertado com rodízios de 5". Edital exige fornecimento de um cilindro de 1 m3 em alumínio, na proposta da empresa informa que virá acompanhada do cilindro, mas não informa o material que este é confeccionado. (pg 2246) |
| | | Olimedica Industria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda Marca Olimedica / modelo OLI 135 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1053). |
| | | Altermed Material Médico Hospitalar Marca Caumaq / Modelo CM 021 | Reprovado, Não atende ao descritivo do Edital que exige suporte de soro confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido e pneus maciços de no mínimo 8", folder do produto ofertado não informa sobre o suporte e soro e possui pneus de 6". Empresa apresentou cópia do folder edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 989). |
| | | Olimed Material Hospitalar Ltda Marca Olimedica/ Modelo OLI 135 | Atende o descritivo do Edital. Empresa apresentou cópia do folder, Edital exige no item 8.13.2.1 a apresentação do folder original (pg 1016). |
| 37 | Equipamento para videocirurgia | Confiance Medical Marca Confiance | Reprovado, não atende o descritivo do Edital que exige como característica mínima do insuflador de CO2 índice de proteção (IPX1) ou superior e entrada de gás que suporte pressão de até 1160 PSI / 80 BAR, no mínimo. Produto ofertado com insuflador de CO2 com índice de proteção IPX0 (página 1483 do processo licitatório), e que suporta pressão máxima de entrada de gás de 950 PSI (página 1459 do processo licitatório). |
| | | H. Strattner Marca Karl Storz | Aprovado, atende o descritivo do Edital. |

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Charlene Neitzel

Aline Silva Pereira

Israel Calebe Dorneles

Eloir Teixeira