
MEMORANDO SEI Nº 27699170/2025 - SES.UME.CAME

Joinville, 02 de dezembro de 2025.

À SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO: Pregão Eletrônico **415/2025**

Prezados;

Em atenção ao documento SEI27665079 apresentamos a nossa **ANÁLISE DE AMOSTRA** para o item 10, recebido em 01/12/2025 via SEDEX AB750317869BR

ITEM 10- ESCOVA DE ROBINSON CONTRA ANGULO PLANA,

DESCRÍÇÃO	ESCOVA DE ROBINSON CONTRA ANGULO PLANA USO ODONTOLÓGICO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO COM CERDAS DE NYLON MACIAS, PLANA, MATERIAL RESISTENTE PARA PROCESSO DE DESINFECÇÃO SEM QUE SE SOLTEM SUAS CERDAS. TAMANHO: COMPRIMENTO DE 25 A 28 MM; COMPRIMENTO DAS CERDAS 6 MM; DIÂMETRO DAS CERDAS: 0,50 MM. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.
FORNECEDOR	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD
MARCA	IMPLA
MODELO	IER PLA BR
REGISTRO ANVISA	Registro ANVISA nº 81593730012 VIGENTE
LOTE	yl2411p
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Após teste de tracionamento das cerdas, as mesmas permaneceram fixas e sem sinais de deslocamento.

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a)**
Público(a), em 02/12/2025, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27699170** e o código CRC **3AE6FC79**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.183313-3

27699170v7