



MEMORANDO SEI Nº 26359284/2025 - HMSJ.UTE.CPA

Joinville, 06 de agosto de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **286/2025**.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Perneiras e Kit de Monitorização de Pressão de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao Ofício SEI 26353211, encaminhamos a análise das Propostas conforme segue:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a/mo delo Regis trada	Pro post a de acord o com o edit al?	Regist ro na Anvis a	Pros pecto	Am ostr a	Parecer
1	1	25718 - PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES TAMANHO GRANDE. PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES; COMPRIMENTO ATÉ A COXA, PARA CIRCUNFERÊNCIA DE COXA ENTRE 71,2 CM ATÉ 91 CM. COMPOSTA DE TRÊS CÂMARAS DE AR	Par	CAR DINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	KEN DAL L/ CAR DINAL HEALTH	De Aco rdo	De Acord o 81356 11230 8, vigent e, Página s 5 a 6 - 26353 196	De acord o, págin as 7 a 18 - 2635 3196	Exi ge	Proposta de acordo com o edital, Classificada - não há a necessidade de apresentar amostra, marca já utilizada pelo hospital através da ARP 21.0.226701-0

		INDEPENDENTES PROPORCIONANDO COMPRESSÃO GRADIENTE, CIRCUNFERENCIAL DE 360º E SEQUENCIAL NOS MEMBROS, SENDO PRIMEIRO NO TORNOZELO, SEGUNDO REGIÃO EM TORNO DA PANTURRILHA E TERCEIRO NA COXA. ABERTURA NA REGIÃO POPLÍTEA E JOELHO PARA PASSAGEM LIVRE DO SANGUE E TAMBÉM POSSIBILITAR A FLEXÃO DO JOELHO DURANTE OS CICLOS DE COMPRESSÃO. ORIFÍCIOS NO TECIDO PARA VENTILAÇÃO PASSIVA. SISTEMA EM VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTES NO CALÇAMENTO. DESCARTÁVEIS, DEVERÃO SER FORNECIDAS EM PAR; MATERIAL DE COMPOSIÇÃO ATOXICO E LIVRE DE LÁTEX. REGISTRO NA ANVISA.								
1	2	25719 - PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES TAMANHO MÉDIO. PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES; COMPRIMENTO ATÉ A COXA, PARA CIRCUNFERÊNCIA DE COXA ENTRE 60CM A 70,9 CM. COMPOSTA DE TRÊS CÂMARAS DE AR INDEPENDENTES PROPORCIONANDO COMPRESSÃO GRADIENTE, CIRCUNFERENCIAL DE 360º E SEQUENCIAL NOS MEMBROS, SENDO PRIMEIRO NO TORNOZELO, SEGUNDO REGIÃO EM TORNO DA PANTURRILHA E TERCEIRO NA COXA. ABERTURA NA REGIÃO POPLÍTEA E JOELHO PARA PASSAGEM LIVRE DO SANGUE E TAMBÉM	Par	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	KENDALL/CARDINAL HEALTH	De Acordo	De Acordo 81356112308, vigente, Páginas 5 a 6 - 26353196	De acordo, páginas 7 a 18 - 26353196	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada - não há a necessidade de apresentar amostra, marca já utilizada pelo hospital através da ARP 21.0.226701-0

		POSSIBILITAR A FLEXÃO DO JOELHO DURANTE OS CICLOS DE COMPRESSÃO. ORIFÍCIOS NO TECIDO PARA VENTILAÇÃO PASSIVA. SISTEMA EM VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTES NO CALÇAMENTO. DESCARTÁVEIS, DEVERÃO SER FORNECIDAS EM PAR; MATERIAL DE COMPOSIÇÃO ATOXICO E LIVRE DE LÁTEX. REGISTRO NA ANVISA							
1	3	25720 - PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES TAMANHO PEQUENO PERNEIRA PARA PREVENÇÃO MECÂNICA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES, COMPRIMENTO ATÉ A COXA, PARA CIRCUNFERÊNCIA DE COXA ATÉ 55,9 CM. COMPOSTA DE TRÊS CÂMARAS DE AR INDEPENDENTES PROPORCIONANDO COMPRESSÃO GRADIENTE, CIRCUNFERENCIAL DE 360° E SEQUENCIAL NOS MEMBROS, SENDO PRIMEIRO NO TORNOZELO, SEGUNDO REGIÃO EM TORNO DA PANTURRILHA E TERCEIRO NA COXA. ABERTURA NA REGIÃO POPLÍTEA E JOELHO PARA PASSAGEM LIVRE DO SANGUE E TAMBÉM POSSIBILITAR A FLEXÃO DO JOELHO DURANTE OS CICLOS DE COMPRESSÕES. ORIFÍCIOS NO TECIDO PARA VENTILAÇÃO PASSIVA. SISTEMA EM VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTES NO CALÇAMENTO. DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM PAR. MATERIAL DE COMPOSIÇÃO ATOXICO E LIVRE DE LÁTEX. REGISTRO NA ANVISA.	Par	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	KENDALL/ CARDINAL HEALTH	De Acordo	De Acordo	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada - não há a necessidade de apresentar amostra, marca já utilizada pelo hospital através da ARP 21.0.226701-0

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/modelo	Proposta de acordo com o edital?	Registro na Anvisa	Prospecto	Amostra	Parecer
4	909407 - KIT DE MONITORACAO DE PRESSAO INVASIVA ADULTO KIT DE MONITORACAO DE PRESSAO INVASIVA ADULTO COM DOMUS. ESTERIL. COM INTERFACE ESPECIFICA COM O MONITOR A SER USADO. COM DISPOSITIVO PARA FLUSH QUE GARANTA UM FLUXO CONTINUO A 3 ML/H SOB PRESSAO 300MMHG. COM CHAVE DE FLUXO, ACOMPANHADO DE EQUIPO PARA SOLUCAO ENDOVENOSA EM POLIESTIRENO, MICROCHIP DE ALTA PRECISAO. COMPOSTO POR DUAS EXTENSOES DE MONITORIZACAO DE DUAS TORNEIRAS STANDARD COM SETAS ABERTURA E FECHAMENTO DO SISTEMA, EXTENSAO DE 30CM COM LUER LOCK REVERSIVEL E TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE AR.	PC	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	KMP	De Acordo	De Acordo 10216350082 Válido até 04/06/2027, página 3 - 26351844	De Acordo Página 4 a 13 - 26351844	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada - não há a necessidade de apresentar amostra, marca já utilizada pelo hospital através da ARP 24.0.062848-8

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 06/08/2025, às 16:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26359284** e o código CRC **5D1264CA**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.100744-6

26359284v17



INFORMAÇÃO SEI Nº 26363584/2025 - SAP.LCT

Joinville, 07 de agosto de 2025.

Pregão Eletrônico nº 286/2025, para Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Perneiras e Kit de Monitorização de Pressão de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville**.

Considerando o Memorando SEI nº 26359284/2025 - HMSJ.UTE.CPA, registra-se que nem no Edital SEI nº 25539638 e nem na Errata SEI nº 26077264 consta exigência de amostras para o presente Certame.

Marcio Haverroth
Pregoeiro - Portaria nº 235/2025 - SEI nº 25687580



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 07/08/2025, às 08:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26363584** e o código CRC **98F15F3B**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.100744-6

26363584v3