



MEMORANDO SEI Nº 0023724604/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 29 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 481/2024.
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda.

Prezado Senhor,
Em atenção ao MEMORANDO 0023711603 - SAP.LCT, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
1	918701 - AZUL CRESIL BRILHANTE FRASCO C/ 100ML	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	RENYLAB	Válido até 14/11/2025 - pág. 70 SEI 0023711451 Estabelecido: RUA CONSELHEIRO ROCHA, Nº 371GALPAO01 - Bairro: FLORESTA - CEP: 30150210	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa. Endereço completo: Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta CEP: 31.015-176	Endereço do Alvará Sanitário diverge do endereço da AFE. Empresa inabilitada.
4	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	HIGHTOP	Válido até 14/11/2025 - pág. 70 SEI 0023711451 Estabelecido: RUA CONSELHEIRO ROCHA, Nº 371GALPAO01 - Bairro:	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa. Endereço completo: Rua Lauro Jaques, 72 -	Endereço do Alvará Sanitário diverge do endereço da AFE. Empresa inabilitada.

SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.			FLORESTA - CEP: 30150210	Floresta CEP: 31.015-176	
--	--	--	--------------------------	--------------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 29/11/2024, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023724604** e o código CRC **CC2A1C93**.