

MEMORANDO SEI Nº 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 22 de fevereiro de 2024.

À SAP.LCT

Sra. Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 542/2023.

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 0020241806 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 542/2023.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
4	23592 - TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE HEPARINA DE LÍTIPO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	SIM	10290310032 SIM - Confirmado no portal da ANVISA	SIM	Válido até 30/08/2024 - pág. 32 SEI 0019947751	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa.	Documentação técnica aprovada PROPOSTA CLASSIFICADA

AMOSTRAS

Para o item 04, não será necessário amostra, pois o mesmo já possui parecer técnico de validação, conforme anexo SEI 0020247944

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020247711** e o código CRC **F645D910**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020247711v6

Joinville, 11 de abril de 2018

Parecer Técnico


Informamos, para os devidos fins, que os materiais para realização de coleta de sangue, marca Vacuette, empresa Greiner Bio-One abaixo listados, foram previamente validados, sendo aprovados para utilização, atendendo os pré-requisitos solicitados.

MATERIAIS:

- Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,7mm ou 25x0,7mm (22G), com dispositivo de segurança;
- Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,8mm ou 25x0,8mm (21G), com dispositivo de segurança;
- Escalpe (agulha 23G) de segurança com trava de proteção que recobre a agulha após a punção;
- Tubo c/ Heparina de lítio p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ gel separador poliéster e anticoagulante EDTA K3 ou K2 na forma de spray seco ;
- Tubo c/ Fluoreto de Sódio + EDTA p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ gel separador e ativador de coágulo 8ml p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ Citrato de sodio a 3,2% p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ EDTA K2 ou K3 (2ml) p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ EDTA K2 ou K3 (4ml) p/ coleta de sangue a vácuo;
- Descartador de material perfuro cortante para 10 ou 13 litros (Plástico Rígido).



Monique Fröhlich
Responsável técnica CRF/SC10471



Elisângela Rumor Paul
Coordenação Laboratório Municipal

Laboratório Municipal
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070
www.joinville.sc.gov.br