



MEMORANDO SEI Nº 30163064/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 289/2026.

Objeto: Aquisição de Sondas e Coletores.

Em atenção aos Memorandos SEI nº 30150288 e 30159127, seguem as análises técnicas solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo/ Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
3	916940 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM ORIFÍCIO CENTRAL REDONDO NO TERÇO SUPERIOR CIRCUNDADO POR MASSA ADESIVA, HIPOALÉRGICA, COM FACE ADESIVA PROTEGIDA, APRESENTANDO ADESIVIDADE EFICIENTE E RESISTENTE A UMIDADE E QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS APÓS A REMOÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 ML, APRESENTAR GRADUAÇÃO GRAVADA A CADA 10 ML, LIVRE DE FUROS E COM BORDAS SELADAS, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME, SEM VAZAMENTO OU DESPRENDIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA E COM SELAGEM EFICIENTE GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE,	UNID	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	LETO MED	mod. 00007 inf mas	De acordo	82241440003- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não apresentou	-	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- O item ofertado é fornecido em embalagem individual? 2- O item ofertado é estéril? 3- Apresentar ficha técnica do produto ofertado.

	ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.									
4	916942 - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, TIPO UNISSEX, MASCULINO E FEMININO, PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FURO RECORTADO NOS MODELOS UNISSEX E FEMININO COM FURO OVAL E MASCULINO COM FURO REDONDO CIRCUNDADO POR MASSA ADESIVA, HIPOALERGICA, COM FACE ADESIVA PROTEGIDA, APRESENTANDO ADESIVIDADE EFICIENTE E RESISTENTE A UMIDADE E QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS APÓS A REMOÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 ML, APRESENTAR GRADUAÇÃO GRAVADA A CADA 10 ML, LIVRE DE FUROS E COM BORDAS SELADAS, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME, SEM VAZAMENTO OU DESPRENDIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA E COM SELAGEM EFICIENTE GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	UNID	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	LABORIMPORT	-	De acordo	10369460025- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
8	12913 - FIXADOR PARA SONDA NASAL FIXADOR DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E NASOENTERAIS, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. FIXAÇÃO SEGURA, RESPIRÁVEL, DE FÁCIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS E LESÕES NA PELE. TAMANHO ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO ADAPTANDO-	Peças	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	LISMED	-	Apresentou descrição resumida	82307460018- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.

	SE FACILMENTE AO FORMATO DO NARIZ IMPEDINDO A PRESSÃO NAS NARINAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.		TALAR ES S/A							
9	917186 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.
10	917526 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.

	PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
1 1	917185 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBA SE INDUS TRIA E COME RCIO LTDA	BIOBA SE	-	Apresentou descrição resumida	80212340 033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.
1 2	917184 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO,	PC	BIOBA SE INDUS TRIA E COME RCIO LTDA	BIOBA SE	-	Apresentou descrição resumida	80212340 033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.

	VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
1 3	917183 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.
1 4	917528 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340033- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, indica embalagem plástica ou em papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.

	MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
1 5	917529 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDI X	Medix mod.9 879	De acordo	80495519 039- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, consta a informação embalagem individual mas não indica papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.
1 6	917530 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDI X	Medix mod.9 880	De acordo	80495519 039- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, consta a informação embalagem individual mas não indica papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.

	EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
1 7	25825 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	Medix mod.1 0350	De acordo	80495519 039- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, consta a informação embalagem individual mas não indica papel grau cirúrgico	-	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico.
1 8	25697 - SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20 PARA PACIENTE ADULTO, EM SILICONE, ISENTA DE LÁTEX, CALIBRE 20 FR, COM BALÃO NA PORÇÃO DISTAL COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA; 3 VIAS, UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, UMA PARA ADMINISTRAR DIETA ENTERAL E UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITAL	-	De acordo	10296909 031- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras.
1 9	912665 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 28 CM A 37 CM 28 CM A 37 CM DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	Medix mod.9 722	De acordo	80495519 053- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, referêntes a vários modelos, inclusive a dois modelos da sonda nº 14 (uma para traqueostomia e outro	Exige	Na proposta a empresa indicou o modelo 9722, porém, na ficha técnica não é claro a medida da sonda ofertada. Para continuidade na análise,

	BRNCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							para tubo endotraqueal).		solicitamos que a empresa informe: 1- Qual o comprimento da sonda ofertada
20	47431 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 A 60CM COMPRIMENTO DE 54 A 60 CM , CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRNCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MCRE AT	MC-07252	De acordo	10289689054- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras.
21	47432 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 A 60 CM COMPRIMENTO DE 54 A 60 CM , CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRNCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL	Unidade	HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MCRE AT	MC-07253	De acordo	10289689054- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras.

	ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
2 3	910892 - SONDA GASTRICA Nº 32 SONDA GASTRICA DE PVC TRANSPARENTE Nº 32, COM PONTA COM 03 ORIFÍCIOS. ESTÉRIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COMO: RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE E REGISTRO ANVISA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	GOOD COME	Gc803 7a32	De acordo	10150470 380- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
2 4	910490 - SONDA URETRAL MALECOT Nº 22 CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, FORMATO RETO, COMPRIMENTO DE 40 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 CM), PONTA ARREDONDADA COM PEQUENAS ALÇAS QUE SE PROJETAM EM SUA PORÇÃO DISTAL APÓS A EXTREMIDADE DE MODO UNIFORME PARA FORMAR DOIS (02) ORIFÍCIOS NA SONDA E QUATRO (04) EXTERNOS. DEVERÁ CONSTAR GRAVADO O NÚMERO DO CALIBRE E A MARCA. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL/FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	Mod. 111.22 2.m	De acordo	10150470 353	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
2 5	917691 - SONDA NASOENTERAL Nº 08 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAÇÃO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA,TAMPA	PC	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	GVFL EX	-	De acordo, ofertou sonda em poliuretano	81919860 001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou. No prospecto constam 2 modelos, GV1-001.04 e GV1-001.05, que possuem medidas diferentes, porém, na proposta não é indicado qual dos modelos é o ofertado.	Exige	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme qual o modelo da sonda ofertada.

	ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PONTA DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA..									
26	47386 - SONDA NASOENTERAL Nº 10 EM SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACA COM MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA, PESO SÓLIDO EM METAL ATÓXICO NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUÇÕES, COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, ATRAUMÁTICA, CONEXÃO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOX, DE FÁCIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADIÇÃO DE LUBRIFICANTES OU ÁGUA, QUE NÃO TRACIONE A SONDA E NÃO SAIA PELOS ORIFÍCIOS DA PONTA DISTAL. DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL/FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	UN	SOMA/ SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARK MED	MAX Y NUTRE	Na proposta consta nº 14 e o edital exige tamanho nº 10.	10207820024- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresento u referente a vários modelos. Não consta indicação da medida da sonda ofertada	Exig e	Na proposta a empresa indicou sonda nº 14 e o edital exige nº 10. Na ficha técnica apresentada constam vários modelos e não é indicado o comprimento do item ofertado. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o calibre da sonda ofertada; 2- Que a empresa confirme o comprimento da sonda ofertada; Caso o item ofertado não seja tamanho nº 10 e não atenda à medidas exigida, a proposta será reprovada.
27	47387 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ESTÉRIL EM SILICONE OU	UN	GVFLEX INDUST	GVFL EX	-	De acordo, ofertou	81919860001- Registro	Apresentou	Exige	Proposta aprovada, não há necessidade

	POLIURETANO, 105 A 120 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACA COM MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA, PESO SÓLIDO EM METAL ATÓXICO NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA Sonda PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUÇÕES, COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, ATRAUMÁTICA, CONEXÃO UNIVERSAL PRECISA,TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOX, DE FÁCIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADIÇÃO DE LUBRIFICANTES OU ÁGUA, QUE NÃO TRACIONE A Sonda E NÃO SAIA PELOS ORIFÍCIOS DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL/FABRICAÇÃO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.		TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			sonda em poliuretano	vigente, confirmado no portal da Anvisa			de apresentar amostra, produto já utilizado e aprovado anteriormente, conforme Análise de amostra SEI nº 0024969795
28	47388 - Sonda NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	-	De acordo	80286000034- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
29	47389 - Sonda NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO	BIOSANI	-	De acordo	80286000034- Registro vigente, confirmado	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.		O HOSPI TALAR LTDA				o no portal da Anvisa			
30	47390 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA	BIOSA NI	-	De acordo	80286000 034- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
31	47391 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA	BIOSA NI	-	De acordo	80286000 034- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
32	47392 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº	UN	ALTER MED	BIOSA NI	-	De acordo	80286000 034-	Apresentou	-	Proposta de acordo com o

	12 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.		MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA				Registro vigente, confirmad o no portal da Anvisa			edital, Classificada.
3 3	47393 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UN	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	BIOSA NI	-	De acordo	80286000 034- Registro vigente, confirmad o no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
3 6	47396 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS	UN	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	BIOSA NI	-	De acordo	80286000 034- Registro vigente, confirmad o no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	EMIÇÃO DE NF DE ENTREGA.									
37	47397 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) FLEXÍVEL E ATÓXICO, COM PELO MENOS DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM UMA EXTREMIDADE E CONECTOR PADRÃO UNIVERSAL NA OUTRA, MEDINDO NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UN	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	-	De acordo	80286000034- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
38	909726 - SONDA RETAL PLASTICA Nº 18 SONDA RETAL PLASTICA Nº 18 - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. ESTERILIZADA, EMBALADA UNITARIAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	-	De acordo	80286009008- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
39	909727 - SONDA RETAL PLASTICA Nº 20 SONDA RETAL PLASTICA Nº 20 - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. ESTERILIZADA, EMBALADA UNITARIAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	-	De acordo	80286009008- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
64	917531 - SONDA URETRAL Nº 04 PLÁSTICA, MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, COM ADAPTAÇÃO	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO	MEDI X	Medix mod.9 889	De acordo	80495510135- Registro vigente, confirmado	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA, ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.		O HOSPITALAR LTDA				o no portal da Anvisa			
65	917182 - SONDA URETRAL Nº 06 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340035-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
66	917179 - SONDA URETRAL Nº 08 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340035-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
67	917178 - SONDA URETRAL Nº 10 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumida	80212340035-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
68	917177 - SONDA URETRAL Nº 12 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COME	BIOBASE	-	Apresentou descrição	80212340035-Registro vigente, confirmado	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		RCIO LTDA			resumi da	o no portal da Anvisa			
69	917175 - SONDA URETRAL Nº 14 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIOBASE	-	Apresentou descrição resumi da	80212340035- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
70	917172 - SONDA URETRAL Nº 16 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-	De acordo	80495510135- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
71	917532 - SONDA URETRAL Nº 18 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-	De acordo	80495510135- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
72	909154 - SONDA URETRAL Nº 20 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 20 - MATERIAL DE POLIURETANO	UN	ALTER MED MATERIAL MEDIC	MEDIX	-	De acordo	80495510135- Registro vigente, confirmado	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. COMPRIMENTO DE 40 CENTÍMETROS, PONTA DA SONDA ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA E PRESENÇA DE ORIFÍCIO LISO E ARREDONDADO, CONECTOR NA EXTREMIDADE DISTAL DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. TAMPA REVERSÍVEL, EVITANDO VAZAMENTOS, MATERIAL POSSUI BOA ADESÃO A ESPARADRAPO OU FITA HIPOALÉRGICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.		O HOSPI TALAR LTDA				o no portal da Anvisa			
--	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 13/07/2026, às 12:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30163064** e o código CRC **3B1A7453**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.127334-2

30163064v6