



ERRATA SEI Nº 2184202/2018 - SES.UCC.ASU

Joinville, 31 de julho de 2018.

**O Hospital Municipal São José de Joinville – AVISO DE ERRATA E NOVA DATA DO PREGÃO Nº. 252/2018 – conforme Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores alteram o Edital:**

**REFERENTE AO ITEM Nº 05 DO ANEXO I DO EDITAL:**

**ONDE SE LÊ:**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd. licitada	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
5	912335 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA clip intracraniano para aneurisma cerebral em titânio com frisos do tipo serrilhado paralelos, que se encaixem transversalmente oferecendo ótima aderência e ocupando totalmente a área envolvida, com movimento crocodilo para os modelos mini e standard e movimento cerceamento para os modelos fenestrados. Fabricados em liga conformada, testada e aprovada para implantes cirúrgicos pela Anvisa, embalados em blíster com abertura em pétala e etiqueta com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Fornecidos com aplicadores (fórceps) dos tipos padrão e mini. Nos seguintes modelos e tamanhos: mini clip permanente: reto de 3mm; meio curvo de 5mm; reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm e curvo de 7mm. mini clip temporário: reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm. clip standard permanente: reto de 5mm; meio curvo de 5mm; curvo de 5mm; ângulo 90° de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm; curvo de 7mm; acotovelado de 7mm; reto de 9mm; meio curvo de 9mm; curvo de 9mm; ângulo 45° de 9mm; baioneta de 9mm; ângulo 90° de 9mm; reto de 11mm; meio curvo de 11mm; reto de 15mm; meio curvo de 15mm. clip standard temporário: reto 9mm; meio curvo de 9mm. clip fenestrado permanente: reto 5x9mm; ângulo 45° de 5x10mm; ângulo 90° de 5x7mm; ângulo 90° de 5x10mm cód. SUS = 0702010235	PC	500	800,00	400.00,00

**LEIA-SE:**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd. licitada	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
5	19031 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA  Clip intracraniano para aneurisma cerebral em titânio com frisos do tipo serrilhado paralelos ou gravação piramidal, que se encaixem transversalmente oferecendo ótima aderência e ocupando totalmente a área envolvida, com movimento crocodilo para os modelos mini e standard e movimento cerceamento para os modelos fenestrados. Fabricados em liga conformada, testada e aprovada para implantes cirúrgicos pela Anvisa, embalagem estéril contendo etiqueta com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. fornecidos com aplicadores (fórceps) dos tipos padrão e mini. nos seguintes modelos e tamanhos: mini clip permanente: reto de 3mm; meio curvo de 5mm; reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm e curvo de 7mm. os tamanhos podem variar até no máximo 1mm  mini clip temporário: reto de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm. os tamanhos podem variar até no máximo 1mm.	PC	500	800,00	400.00,00

Clip standard permanente:reto de 5mm; meio curvo de 5mm; curvo de 5mm; ângulo 90° de 5mm; reto de 7mm; meio curvo de 7mm; curvo de 7mm; acotovelado de 7mm; reto de 9mm; meio curvo de 9mm; curvo de 9mm; ângulo 45° de 9mm; baioneta de 9mm; ângulo 90° de 9mm; reto de 11mm; meio curvo de 11mm; reto de 15mm; meio curvo de 15mm.os tamanhos podem variar até no máximo 1mm.

Clip standard temporário: reto 9mm; meio curvo de 9mm.os tamanhos podem variar até no máximo 1mm

Clip fenestrado permanente: reto 5x9mm; ângulo 45° de 5x10mm; ângulo 90° de 5x7mm; ângulo 90° de 5x10mm. Os tamanhos podem variar até no máximo 1mm. Cód. sus = 0702010235

Jean Rodrigues da Silva  
**Diretor Presidente**



Documento assinado eletronicamente por **Fabrizio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 31/07/2018, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2184202** e o código CRC **AF7361D3**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

18.0.047224-0

2184202v4