



---

**MEMORANDO SEI Nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA**

Joinville, 24 de março de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **060/2025**.

**Objeto:** Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.

Considerando o Memorando 0024759170, segue análise da proposta de preços (0024752039), conforme Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0024178293) para as empresas arrematantes,

**8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:**

**8.10.1** - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;

**8.10.1.1** - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;

**8.10.1.2** - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;

**8.10.2** - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica:

**a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

**b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;

**c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

| Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. medida | Qtd licitada | Fornecedor              | Marca    | Modelo                              | Valor Unit. Lance | Proposta                                                                                               | Registro ANVISA    | Prospecto OU Ficha técnica OU Imagem SITE | SITUAÇÃO                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | CLORETO SÓDIO 0,9% 1000 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE) BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA. | Bolsa        | 2.000        | LABORATORIOS B BRAUN AS | B. Braun | Cód. B. Braun 200115 - Ecoflac Plus | 7,37              | 0024752039<br>pág. 1<br>Produto ofertado não tem invólucro externo, conforme solicitado para o item 12 | 0024752039 pág. 41 | 0024752039 pág 11-12                      | NÃO ATENDE<br>Produto ofertado não tem invólucro externo, conforme solicitado para o item 12 |



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Cristofolini Leopold, Servidor(a) Público(a)**, em 24/03/2025, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024924731** e o código CRC **5F5C6893**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.270124-7

0024924731v3