



## ANEXO SEI Nº 0020307843/2024 - SES.GTO

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023

ITEM 7-

DESCRIÇÃO	18302 - BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 7 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO
FORNECEDOR	<b>DENTAL MARIA LTDA</b>
MARCA	<b>MICRODONT</b>
REGISTRO ANVISA	10434570006 VIGENTE CONFORME CONSULTA AO PORTAL ANVISA
LOTE	<b>108969/24</b>
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	<b>1 UNIDADE</b>

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Foi apresentado apenas 1 unidade de amostra,

 Adequada ( x ) inadequada ( ) Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não foi possível avaliar a funcionalidade do material na prática

 Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica**CONCLUSÃO: REPOVADO, CONFORME O SUBITEM 10.9 ALINEA G DO EDITAL**

PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023

## ITEM 41-

DESCRIÇÃO	26223 - TIRAS DE LIXA PARA RESINA 170 MM X 4 MM TIRAS DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS SENDO RESISTENTE À RUPTURA E UMIDADE, QUE NÃO SOLTEM OS GRÂNULOS ABRASIVOS, ACONDICIONADAS EM CAIXAS OU ENVELOPES COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.
FORNECEDOR	<b>DENTAL MARIA LTDA</b>
MARCA	<b>MICRODONT</b>
REGISTRO ANVISA	10434570001 vigente conforme consulta ao portal ANVISA.
LOTE	<b>103621/23</b>
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	<b>1 unidade</b>

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos: EMBALAGEM DO TIPO CARTUCHO PE PAPEL, CONTENDO 50 UNIDADES.

Adequada  inadequada  Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Foi apresentada apenas 1 caixa com 50 unidades,

Adequada  inadequada  Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Adequada  inadequada  Não se aplica

**CONCLUSÃO: REPROVADO, CONFORME O SUBITEM 10.9 ALINEA G DO EDITAL**

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 27/02/2024, às 10:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020307843** e o código CRC **535170D9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)