

MEMORANDO SEI Nº 30614196/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 20 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30596783 segue a análise solicitada:

Lo te	It e m	Material/Serviço	Uni d. med ida	Forneced or	Marca	Descritiv o de acordo com o edital?	8.10 - Registr o ANVISA	8.10.2 - Prosp ecto, Ficha técnica , Image m de site (print de tela)	11 - Amo stra s?	Parecer
-	4	918304 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITA	MEDIX	De acordo	80495519062, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou.	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da

		60 MM DE COMPRIMENTO.		LARES LTDA			em 19/08/20 26		Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596017. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	5	918305 - CÂNULA DE GUEDEL N° 2 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO.	UNI D	JF COMERCI O DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	De acordo	8049551 9062, Re gistro Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 19/08/20 26	Aprese ntou.	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596017. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise Prévia: Para

-	7	918307 - CÂNULA DE GUEDEL N° 4 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519062, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou.	continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596017. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	8	918308 - CANULA DE GUEDEL N° 5 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 100 MM DE COMPRIMENTO	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519062, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou.	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando

									sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596017. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	9	910963 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.TAM ANHO 10,0 MM X 9,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA.	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou,	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 04 2. Tamanho 10,0 mm X 9,0 cm. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595917. Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado

-	10	910964 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. TAMANHO 11,0 MM X 9,5 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERAÇÃO NA CANULA.	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou,	atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 05 2. Tamanho 11,0 mm X 9,5 cm. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595917. Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	11	910965 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. TAMANHO 12,0 MM X 10,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou.	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 06 2. Tamanho 12,0 mm X 10,0 cm. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do

		CANULA.							item, em anexo sei 30595917. Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	12	910223 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 03 C/MANDRIL CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº 03 , CONTENDO MANDRIL, CÂNULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 09,0 MM X 6,5 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E NUMERAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou.	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595937 Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a

-	13	910224 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 10,0 MM X 7,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou,	----- ----	empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595937 Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	14	909531 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 05 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 05 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 11,0 MM X 7,5 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou,	----- ----	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595937 Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.

-	15	910226 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº06 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 06 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.12,0 MM X 8,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou,	----- ----	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30595937 Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	16	912968 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA AJUSTAVEL, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR,	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020065Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA	Aprezentou	----- ----	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência 30596

		LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.				em 14/08/2026			783, a empresa se manifestou em resposta : <i>"segue a referência do item 16 : 97361404 (7,0mm)." Anexo sei 30479884</i> Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	17	909761 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 8.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020065Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ---- Conforme Diligência 30596 783, a empresa se manifestou em resposta : <i>"Segue referência do item 17: 97361604 (8,0mm)". Anexo sei 30479884</i> Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
		909762 - CANULA PARA							

-	18	TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 9.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020065Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência 30596783, a empresa se manifestou em resposta : <i>"Segue referência do item 18: 97361804 (9,0mm)" Anexo sei 30479884</i> Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
		3612 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 6,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 6,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA,		SOMA/SC			80495510047Registro Ativo		Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando

-	19	BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou.	----- ---- sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Documento SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	20	3613 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM	Unidade	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ---- Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Conforme documento

		INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.							apresentado no SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	21	3614 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unid ade	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	8049551 0047Reg istro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Aprese ntou	----- ---- Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifestou: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS." Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715.</i> Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo.

									Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	22	3615 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise Prévia:

-	23	3616 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ----	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		3617 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº								Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a

-	24	9,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 9,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 9,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ----	empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		910475 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO,					8049551			Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência:

-	25	SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	0047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aparentou	----- ----	Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26 corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS."</i> Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715. Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	26	910923 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR,	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aparentou	----- ----	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa se manifesta: <i>"Prezado(a), bom dia. A ficha técnica dos itens 19 a 26</i>

		ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.				26		<i>corresponde a todos os tamanhos, conforme o RMS." Conforme documento apresentado no SEI nº 30596715.</i> Parecer final: No documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	27	916936 - CATETER PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO MODELO ADULTO, EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MININA	UNI D	JF COMERCIO DE MATERIA L MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	BIOSAN I	De acordo	8028600 0007 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA para "Cateter tipo óculos nº 08 e 10". em 18/08/2026	Aprese ntou descrito referente a "Cateter tipo óculos nº 08 e 10". O edital exige Cateter nasal tipo óculos nº12. ----- ---- Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência a empresa apresentou o Prospecto e Registro ANVISA apresentado no SEI nº 30596084. Parecer final: Apresentou descritivo referente a

		DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							"Cateter tipo óculos nº 08 e 10". O edital exige Cateter nasal tipo óculos nº12. Para continuidade da análise do processo a empresa precisa apresentar o registro ANVISA e o Prospecto referente ao Cateter Nasal tipo Óculos calibre nº 12 ou a proposta será desclassificada.
-	28	917484 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 06 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 06, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência: "a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <i>"Atende ao solicitado, Sr! É pq no catalogo constam todos os tamanhos disponíveis da marca ofertada"</i>. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.

-	29	916935 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 08 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 08, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência: "a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <i>"Atendemos ao solicitado!!"</i>. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	30	916933 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 10 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 10, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a

		PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.					14/08/2026	os.	Diligência: "a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <i>"Atendemos ao solicitado!!"</i> . Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	31	916934 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 12 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência: "a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <i>"Atendemos ao solicitado!!"</i> . Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise Prévia: Para continuidade da análise é

									necessário que a empresa confirme:
									1. Qual é o modelo ofertado
									2. Se o modelo ofertado atende a seguinte exigência do edital "autoclavável a 134º C", pois o prospecto de forma genérica descreve "Conector Intermediário de Policarbonato (PC), não deve ser submetido a temperatura superior à 121 ºC".
									Resposta da Diligência:
									Conforme memorando sei 30596783, em resposta a Diligência, a empresa Injemedic Material Médico e Hospitalar Ltda se manifestou no chat da plataforma: "Item 33 - Modelo IJ006A - Y Reto Adulto sem Furo - Nosso material pode ser submetido a autoclave a 121º, conforme recomendação para PC, para autoclave a 134º o material teria que ser em Polissufona, onde o custo passa dos R\$ 200,00... Acredito que se optarem por utilizar PU o item irá fracassar. Estamos a disposição para demais esclarecimentos."
									Parecer final:
33	46200 - CONECTOR Y ADULTO SEM FURO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTOR PARA TRAQUEIA, UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM POLÍMERO ATÓXICO FORMATO Y COM DIÂMETROS EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM A CADA ENTRADA, AUTOCLAVÁVEL A 134º C.	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	82405099004Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou prospecto com vários modelos, sem indicação de qual é o item ofertado e o prospecto descreve "Conector Intermediário de Policarbonato (PC), não deve ser submetido a temperatura superior à 121 ºC" e o edital exige "autoclavável a 134º C"	----- ----	

									Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
-	35	25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER MS8047 07-5	De acordo	80470750004, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar a amostra.	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Volume 200 a 250 ml; 3. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar a amostra. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30596685. Porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem

		IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUÇÕES DE USO..						to e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora).		suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Parecer final: Análise acondicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	36	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER MS8047 07-5	De acordo	80470750004Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou.	EXIGE	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Máscara adulto macia com medidas mínimas de 12 x 8 cm. Haverá a necessidade de apresentar a amostra. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se

		INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.							manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30596685. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	37	917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UN	RS DISTRIBU IDORA HOSPITA LAR LTDA	MAXX CHAMB ER MS8047 07-5	De acordo	8047075 0002Reg istro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Aprese ntou	EXI GE Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Volume 150 a 250 ml; 2. Acompanha máscara infantil. Haverá a necessidade de apresentar a amostra. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando no prospecto a descrição do item, em anexo sei 30596691. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
									Análise Prévia:

-	39	24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentação resumida do item	80495510133, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596115. O prospecto oferta o filtro Hepa composto de "Papel absorvente, Fibra de Polipropileno, algodão eletrostático". O Edital exige: papel de fibra de vidro hidrofóbico e aglutinante orgânico, capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro; Parecer final: Análise acondicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. 1- "Membrana filtrante constituída de papel de fibra de vidro hidrofóbico
---	----	--	---------	---	-------	-------------------------------	---	------------	-------	---

									e aglutinante orgânico, capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro." Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE , FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	gcmedica	Apresentou ou descrição resumida do item.	10150470640, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item seja em "POLIETILENO".	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596132. Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Parecer final: Análise acondicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no

									Edital. 1- Fabricado a partir de Polietileno.
-	41	4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	gcmedica	Apresentou ou descrição resumida do item.	10150470640, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item seja em "POLIETILENO".	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596132. Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Parecer final: Análise condicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. 1- Fabricado a partir de Polietileno.

-	44	910704 - MASCARA ANESTESIA N ^o 4 ADULTO GRANDE MASCARA PARA ANESTESIA COM BOJO EM PC POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO N ^o 04	PC	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	ADVANTIVE	Apresentou ou descrição resumida do item.	10296900074, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596166. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
		910705 - MASCARA ANESTESIA N ^o 3 ADULTO MASCARA		JF COMERCIO DE			10296900074, Registro Ativo			Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado

-	45	PARA ANESTESIA COM BOJO EM POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO Nº 03	PC	MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	ADVANTIVE	Apresent ou descrição resumida do item.	Vigente confirma do no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou	----- ----	que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596166. Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	46	919412 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 750 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO	UNID	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495519029,Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou O prospecto descreve e "Máscara de Oxigênio de Alto Fluxo: Pediátrico, alongado, com balão de Reservatório de 600mL." O edital exige: "Reservatório de 750ml.	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596186. Parecer final: Apresentou no prospecto "Máscara de

		EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.						"	<i>Oxigênio de Alto Fluxo: Pediátrico, alongado, com balão de Reservatório de 600mL."</i> O edital exige: "Reservatório de 750ml." Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	47	919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENTE, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA	UNID	JF COMERCIO DE MATERIA L MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495519029,Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: "TAMANHOPROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)"	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596186. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: "TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)" Parecer final:

		VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.							Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital "tamanho aproximado (alt. 10cm x larg. 8 cm x prof. 5 cm)."
-	48	43089 - MÁSCARA FACIAL TOTAL SEM EXALAÇÃO MÁSCARA FACIAL TOTAL MODELO NÃO VENTILADA, SEM PORTA EXALATÓRIA, PARA USO EM VENTILADOR MECÂNICO NA UTI. COM ALMOFADA EM SILICONE, MÁSCARA TRANSPARENTE, COTOVELO GIRATÓRIO EM 360 GRAUS. DEVE ACOMPANHAR FIXADOR PARA AJUSTE À CABEÇA E CONECTOR UNIVERSAL PARA TUBO CORRUGADO. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.	Unid ade	CIRURGI CA SAO FELIPE PRODUTO S PARA SAUDE LTDA	COMPO WER TM-02/	De acordo	8090111 9025Reg istro Anvisa Ativo Vigente. Confirm ado no Portal ANVISA 14/08/20 26.	Aprese ntou	Análise Prévia: O prospecto apresentado não descreve todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado apresenta: 1. Com almofada em silicone; 2. Cotovelo giratório em 360 graus; 3. Conector universal pra tubo corrugado; 4. Para uso em ventilador mecânico na UTI. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou em resposta, apresentando documento em anexo sei 30595873. (...) 1. Com almofada em silicone; (...) Resposta: sim possuí almofada em silicone (...) 2. Cotovelo giratório em 360

									graus; (...) Resposta: sim acompanha o cotovelo 360 graus (...) 3. Conector universal pra tubo corrugado; (...) Resposta: sim acompanha para traqueia (...) 4. Para uso em ventilador mecânico na UTI". J Resposta: produto e para ser usado em ventilador mecânico. Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	53	12847 - MASCARA LARINGEA 4.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM5040 30GS2	De acordo	80901110032Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmado no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou	Análise Prévia: Apresentou o prospecto, porém o modelo ofertado LM504030GS2 não foi localizado. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo ofertado. Resposta da Diligência Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou em resposta, apresentando documento em anexo sei 30595894. "Resposta: o modelo a ser entregue LM4030GS2" Parecer final:

									Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	54	12848 - MASCARA LARINGEA 5.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 5,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO,NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS,SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM5040 GS2	Apresentou no descritivo "Nº 4.0", edital exige "Nº 5.0" o modelo ofertado LM5040 GS2 é nº 5,0.	80901110032Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmado no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou	Análise Prévia: No descritivo da proposta a empresa ofertou o item com tamanho nº 4.0, porém indicou o modelo LM5040GS2 referente ao item com tamanho nº 5.0. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo e o tamanho do item ofertado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou em resposta, apresentando documento em anexo sei 30595894. <i>"Resposta: o modelo a ser entregue LM5040GS2"</i> Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
									Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em

-	55	913319 - MASCARA PARA NEBULIZACAO TAMANHO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA MASCARA PARA USO EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS, AJUSTAVEL AO DIAMETRO DO PESCOCO ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	FOYOM ED	De acordo	10150470504, Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmado no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou - código LB151002.	----- ----	edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596212. Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	56	47090 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR COMPLETO (ADULTO) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO, CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO	CONJ	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL GOLD ANGZH OU FORMED	De acordo	10296900071, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Máscara em polietileno de baixa densidade; 2. Recipiente e cabeçote em polipropileno; 3. Extensão mínima de 160 cm, em PVC atóxico; 4. Conector para oxigênio em nylon. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a

		ANVISA.							empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma: "Atende ao solicitado". Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	57	22154 - MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL COM PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (INFANTIL) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	CONJ	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VITAL	Apresentou descrição resumida do item.	10296900071, Anvisa Ativo, confirmação no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: extensão mínima de 160 cm.	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596229. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: extensão mínima de 160 cm. Parecer final: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na

									íntegra as medidas exigidas neste descritivo. 1. Extensão mínima de 160 cm.
1	58	46548 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALÃO DE VENTILAÇÃO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO DE 1400 A 1800 ML, BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME DE 2000 A 2600 ML, COM TUBO PARA CONEXÃO PARA FONTE DE O2 SUPLEMENTAR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DESMONTÁVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, COM EXCEÇÃO DO BALÃO RESERVATÓRIO DE O2.	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	82405099006Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Tubo para conexão para fonte de o2 complementar com comprimento mínimo de 180 cm. 1. Tubo para conexão para fonte de o2 complementar com comprimento mínimo de 180 cm.	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Tubo para conexão para fonte de o2 complementar com comprimento mínimo de 180 cm. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Injemedic Material Médico e Hospitalar Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme: " <i>Bom dia Sr. Item 58 - Tubo de extensão oxigênio com comprimento de 2,1 metros</i> ". Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
								Apresente	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a

1	59	47287 - BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 P/REANIMADOR MANUAL ADULTO EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME DE 2000 A 2600 ML	UN	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	82405099006Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	ntou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.	----- -----	2600ml. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Injemedic Material Médico e Hospitalar Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme: " <i>Bom dia Sr. Item 59 - Volume de 2500 ml</i> ". Parecer final: Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	60	46549 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALÃO DE VENTILAÇÃO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 500 ML, BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME MÍNIMO DE 1.000 ML, COM TUBO PARA CONEXÃO PARA FONTE DE O2 SUPLEMENTAR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DESMONTÁVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZAÇÃO	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	82405099006Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.	----- -----	Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Injemedic Material Médico e Hospitalar Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme: " <i>Item 60 - Bolsa Reservatório em PVC com volume de 2500 ml + tubo 2,1 metros</i> ". Parecer final:

		EM AUTOCLAVE, COM EXCEÇÃO DO BALÃO RESERVATÓRIO DE O2.							Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	62	47330 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 35 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: "Referência item 62: 97723504 - Sonda Endobronquial Duplo lúmen com gancho de Carina Direita CH 35." Resposta da Diligência: Proposta de acordo com Edital, classificada.
		47331 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 37 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA							Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da Diligência:

-	64	INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	----- ---- Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: " <i>Referência item 64: 97723704 - Sonda Endobronquial Duplo lúmen com gancho de Carina Direita CH 37.</i> " Resposta da Diligência: Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	66	47332 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 39 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	----- ---- Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: " <i>Referência item 66: 97723904 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 39.</i> " Resposta da Diligência:

									Proposta de acordo com Edital, classificada.
-	68	47333 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 41 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIO PACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: "Referência item 68: 97724104 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 41" Resposta da Diligência: Proposta de acordo com Edital, classificada.
		47338 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 35 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA.							Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao

-	70	CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA CÓDIGO : LB505035R	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ----	modelo indicado LB505035R Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	71	47342 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 35 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505035L	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505035L Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho

									exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	72	47339 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 37 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505037R	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505037R Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47343 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 37 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA.			HFA FABRICANTE:				Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado

-	73	CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NINGBO FOYOM ED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505037L	Apresentou ou especificações complementares ao descritivo .	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ----	Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	74	47340 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 39 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOM ED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505039R	Apresentou ou especificações complementares ao descritivo .	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	apresentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505039R. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de

									acordo com o edital, classificada.
-	75	47344 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 39 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505039L	Apresentou ou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ---- Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505039L Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47341 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 41 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL,		IMPORT	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOM	Apresentou	80081499008, Registro		Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505041R Resposta da

-	76	PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5050 41R	especificações complementares ao descritivo .	Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ----	Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	77	47345 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 41 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOM ED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5050 41L	Apresentou ou especificações complementares ao descritivo .	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505041L Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30595980. Parecer final: No documento apresentado consta o modelo e tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o

									edital, classificada.
-	78	47314 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.5 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentação ou descrição resumida do item.	80495519002, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596317. Resposta da Diligência: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47290 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA							Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica,

-	84	ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresentou ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo para Tubo Endotraqueal Com Cuff, confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO."	Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO." Parecer final: Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff. O edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO." Análise condicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. Solicitamos o envio de prospecto, descritivo ou documento comprobatório.
									Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os

-	85	47291 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresentou ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo para Tubo Endotraqueal Com Cuff , confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff , o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO."	seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO." Parecer final: Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO." Análise condicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. Solicitamos o envio de prospecto, descritivo ou documento comprobatório.
---	----	---	----	--	-------	---	--	--	---

-	86	47300 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Aprezentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
										Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os

	87	47292 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo para Tubo Endotraqueal Com Cuff , confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff , o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO."	seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO." Parecer final: Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO." Análise condicionada a empresa confirmar se atende as especificações descritas no Edital. Solicitamos o envio de prospecto, descritivo ou documento comprobatório.
		47301 - TUBO							

-	88	ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47293 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A								Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação

-	89	VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020103, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprezentou	----- ----	condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Em resposta à Diligência, a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: "<i>Segue referência item 89: ET35P- 3.5 Sonda/Tubo endotraqueal sem balão estéril BCI MEDICAL.</i>" Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47302 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFE								Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os

-	90	CCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ----	seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47294 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA					8049551			Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do

-	91	EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	0046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ----	item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	92	47295 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO;	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o

		CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							registro ANVISA. conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	93	47304 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentar ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ---- Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de

		CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							acordo com o edital, classificada.
-	94	47296 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ---- Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47297 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA							Análise Prévia:

-	95	ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITAIS LTDA	MEDIX	Apresentar ou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ----	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47306 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR								Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 -

-	96	BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47298 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES:		JF COMERCIO DE		Apresent	80495510046, Registro Anvisa		Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

-	97	GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	ou descrição resumida do item.	Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Aprese ntou	----- ----	Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	98	47307 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresent ou descrição resumida do item.	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 20/08/2026	Aprese ntou	----- ----	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o

		VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	99	47299 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL,	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou ou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 20/08/2026	Apresentou	----- ---- Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596536. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido

		CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	100	47308 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCAMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresentou	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.

		M.S./ANVISA.							
-	10 1	47309 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47310 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO							

-	10 2	MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- ----	Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47311 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO								Análise Prévia: A empresa

-	103	ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Aprese ntou	----- ----	apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47312 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM								Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa

-	10 4	LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Aprese ntou	confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47313 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA		SOMA/SC			8049551 0045, Registro Anvisa Ativo,		Análise Prévia: A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da

-	105	FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	confirma do no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprese ntou	----- ----	Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596757. Aparecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	116	43086 - VÁLVULA EXALATÓRIA DE CO2 PARA VENTILADOR BIPAP E CPAP VÁLVULA EXALATÓRIA DE CO2 (MEDIDAS: INTERNAS 15 MM X EXTERNA 22 MM) COM TAMPINHA DE VEDAÇÃO SOBRE O PINO EM SILICONE. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.	Unidade	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTC ARE Modelo: VENT21	Apresent ou descrição resumida do item.	80677040003, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/2026	Aprese ntou	----- ----	Análise Prévia: Apresentou ficha técnica com dois itens com medidas diferentes. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo. Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596668. Aparecer final: O documento

									apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2026, às 07:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30614196** e o código CRC **667E5DD4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30614196v35