

**MEMORANDO SEI Nº 0023027602/2024 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 02 de outubro de 2024.

À  
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 422/2024 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

| <b>EMPRESA</b>       | <b>DOCUMENTO SEI Nº</b> |
|----------------------|-------------------------|
| ETHICA - item 46     | 0022841820 - APROVADO   |
| ETHICA - item 48     | 0022841871 - APROVADO   |
| ETHICA - item 49     | 0022841897 - APROVADO   |
| ETHICA - item 52     | 0022841914 - APROVADO   |
| ETHICA - item 53     | 0022841934 - APROVADO   |
| BRASIL MED - item 67 | 0022841952 - APROVADO   |
| BRASIL MED - item 68 | 0022841970 - APROVADO   |
| BRASIL MED - item 69 | 0022841992 - APROVADO   |
| ENDOTECH - item 50   | 0022842053 - APROVADO   |
| AGMASHI - item 39    | 0022842073 - REPROVADO  |
| AGMASHI - item 40    | 0022842087 - REPROVADO  |
| AGMASHI - item 51    | 0022842096 - APROVADO   |
| AGMASHI - item 66    | 0022842126 - APROVADO   |

Protocolo de amostras ETHICA MEDICAL - 0022793739

Protocolo de amostras BRASIL MED - 0022794124

Protocolo de amostras ENDOTECH - 0022838422

Protocolo de amostras AGMASCHI COMÉRCIO - 0022838807

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 02/10/2024, às 09:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023027602** e o código CRC **985F4699**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.167044-5

0023027602v2

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46   | 24970 - SONDA EXTRATORA DE CÁLCULOS Sonda extratora de calculos ureteral tipo Dormia, em nitinol composta de haste de 90 a 120cm e cesta de 4 fios com bainha de 2.7 a 3.2FR. Basket com conformação helicoidal. Descartável. Estéril. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. |

**AValiação Técnica**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: MEDTEC

FORNECEDOR: ETHICA MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81655770038

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO:

Informamos que o material já está em uso na instituição, não havendo até o momento ocorrência de falhas ou queixas técnicas até o presente momento.

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/07/2024

Enf. Aline R. Lopes  
COREN-SC 197881-1  
Lider de área II - OPME/SCDH

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48   | 24279 - Agulha Introdutora de Fio Guia A agulha introdutora com bainha radiopaca tem como finalidade a passagem de fio guia. Deve ser dividida em duas partes agulha e a bainha facilitando a introdução. A agulha deverá ser do tamanho 18G e 19 G e tamanhos entre 20 a 30cm, devendo aceitar a introdução de fio guia de até 0,038". Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

FORNECEDOR: ETHICA MEDICAL COMÉRCIO IMP. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

REGISTRO ANVISA: 81655779025

LOTE: BU00923002

FABRICANTE: MEDTEC

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplicaFUNCIONALIDADE: boa funcionalidade, boa aparência, material adequado  
fic**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

Dr. Jean Cristovão Guterres  
Médico Urologista  
CRM 7924 SC

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 18/08/24

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49   | 24280 - Balão dilatador Ureteral Cateter com um balão de dilatação montado, utilizado para dilatação das estruturas ureterais em Ureterosopia. Deverá compreender as medidas: diâmetro da haste entre 5Fr e 6Fr, comprimento máximo do cateter de 80 cm, comprimento do balão de 4cm, pressão máxima de inflação de 18atm. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

FORNECEDOR: ETHICA MEDICAL COMÉRCIO IMP. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

REGISTRO ANVISA: 81655779013

LOTE: BQ00423003

FABRICANTE: MEDTEC

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

*Deve ser funcional, não o material; ficar monitorado***CONCLUSÃO**

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM

( ) NÃO    MOTIVO: \_\_\_\_\_

Dr. Jean Cristovão Guterres  
Médico Urologista  
CRM 7924 SC

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52   | 24283 - Conjunto de dilatadores Amplatz Conjunto de dilatadores renais amplatz, seqüenciais, em teflon radiopaco, composto de um cateter de 8fr radiopaco teflonado, com até 84cm de comprimento, 3 dilatadores faciais em polietileno com diâmetros de 6, 8 e 10 fr, com 20cm de comprimento, mais 11 dilatadores teflonados de 16cm de comprimento, com diâmetros de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 fr. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. |

**AValiação Técnica**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: MEDTEC

FORNECEDOR: ETHICA MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81655779021

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

material já em uso na instituição, sem ocorrência de falhas ou queixa técnica. até o momento.  
desempenho satisfatório para função.

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26 / 09 / 2024

Enf. Aline R. Lopes  
COREN-SC 197881  
Líder de área II - OPME/SCM

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53   | 912025 - ALÇA PARA RESSECÇÃO TIPO CILINDRO (BARREL SHAPED) ALÇA PARA RESSECÇÃO UNIPOLAR, TIPO CILINDRO EM FORMA DE BARRIL (BARREL SHAPED) CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM ELEMENTO DE TRABALHO DA KARLSTORZ. |

**AValiação Técnica**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

FORNECEDOR: ETHICA MEDICAL COMÉRCIO IMP. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

REGISTRO ANVISA: 81655770078

LOTE: BR00324009

FABRICANTE: MEDTEC

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

*Dea funcionalidade, boa operabilidade, fácil manuseio***CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO    MOTIVO:

Dr. Jean Cristovão Suterres  
Médico Oculista  
CRM 7924 SC

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13/08/24

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   | 25609 - CATÉTER DUPLO LUMEN P/ HEMODIÁLISE 15CM CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE COM DIAMETRO ENTRE 11 A 12FR E COMPRIMENTO DE 15 CM, EM POLIURETANO, COM DILATADOR DE VASO, FIO GUIA, AGULHA PARA INTRODUCAO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LATEX LIVRE PARA INJECAO COM ROSCA LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. CÓD. SUS: 07.02.10002-1 |

**AValiação Técnica**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

MODELO: DSB-0505

FORNECEDOR: BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

REGISTRO ANVISA: 80991380043

LOTE: DSB-0505-INN-19062024

FABRICANTE: KFF S.A

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO: *kit contém todos itens com tamanho e em conformidade com solicitação no edital.*  
*Adequado para função proposta.*

*Enf. Aline R. Lopes*  
COREN-SC 197881  
Líder de área II - OPME/SCI<sup>II</sup>

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/10/2024

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68   | 25606 - CATÉTER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE COM DIAMETRO ENTRE 11 A 12FR E COMPRIMENTO DE 20CM, EM POLIURETANO, COM DILATADOR DE VASO, FIO GUIA, AGULHA PARA INTRODUCAO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LATEX LIVRE PARA INJECAO COM ROSCA LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. CÓD. SUS: 07.02.10002-1. |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

MODELO: DSB-0520

FORNECEDOR: BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

REGISTRO ANVISA: 80991380043

LOTE: DSB-0520-INN-28062024

FABRICANTE: KFF S.A

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM,

( ) NÃO MOTIVO: Kit contém todos itens com tamanho e em  
conformidade com solicitação no edital.  
Adequado para função

Enf. Aline R. Lopes

COREN-SC 197881

Líder de área de OPME/SCUH

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/10/2024

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | 913365 - KIT CATETER HEMODIALISE LONGA PERMANENCIA KIT CATETER PARA HEMODIALISE DE LONGA PERMANENCIA CONTENDO: UM CATETER DUPLO LUMEN ALTO FLUXO 14.5FX28CM, UM FIO GUIA J METALICO FLEXIVEL, UMA AGULHA DE PUNCAO, UM TUNELIZADOR, UM INTRODUTOR PERCUTANEO, VALVULADO, DOIS DILATADORES DE VASO. EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NA ANVISA. |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

MODELO: BLDS-14528

FORNECEDOR: BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

REGISTRO ANVISA: 80991380021

LOTE: BLDS-14528-B-12042024

FABRICANTE: KFF S.A

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

BOM CATETER

Ademar Regueira Filho  
Radiologia Intervencionista  
CRM-SC 11 424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13/09/24

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | 24281 - Cateter uretral Cateter ureteral, em polímero biocompatível, ponta cilíndrica reta com abertura frontal, composto de adaptador luer lock, de calibre 6 fr, medindo até 70 cm de comprimento aproximado, com graduação em cm, para procedimentos urológicos, radiopaco, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 422/2024

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ROCAMED

FORNECEDOR: ENDOTECH

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81070500006

LOTE: R007951

FABRICANTE: ROCAMED FRANCE - FRANÇA

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM( ) NÃO MOTIVO: Atende as especificações do edital.*Enf. Aline R. Lopes*

COREN-SC 197881

Lider de área II - OPME/SCM

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/10/2024

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | 912591 - KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR - O Catéer para Drenagem é indicado para a drenagem percutânea de fluidos de abscessos, nefrostomia e secreção biliar - O kit de drenagem percutânea deve conter : catéter em poliuretano Pigtail com orifícios de drenagem diâmetro externo de 10 FR, fio guia com diâmetro 0,035" com no mínimo 80 cm, introdutor para punção compatível com tamanho do catéter, dilatadores sequenciais, cânula metálica e flexível, bolsa coletora de drenagem com conector Luer Lock. Esteril, embalagem individual. a apresentação do produto devera atender a legislação atual vigente. |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: TIANCK MEDICAL

FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80253929010

LOTE: TK624146A

FABRICANTE: TIANCK MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM

☒ NÃO MOTIVO:

CATETER COM GUIA METÁLICA DE DIFÍCIL

INTRODUÇÃO.

FIO GUIA NÃO DESLIZA BEM, DIFÍCIL DE

RETRAIR

Ademar Regueira Filho  
Radiologia Intervencionista  
CRM-SC 11 424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 15/09/24

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40   | 912651 - KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 12 FR KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 12 FR - O Catéter para Drenagem é indicado para a drenagem percutânea de fluidos de abscessos, nefrostomia e secreção biliar - O kit de drenagem percutânea deve conter : catéter em poliuretano Pigtail com orifícios de drenagem diâmetro externo de 12 FR, fio guia com diâmetro 0,035" com no mínimo 80 cm, introdutor para punção compatível com tamanho do cateter, dilatadores sequenciais, cânula metálica e flexível, bolsa coletora de drenagem com conector Luer Lock. Estéril, embalagem individual. a apresentação do produto, devera atender a legislação atual vigente. |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: TIANCK MEDICAL

FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80253929010

LOTE: TK622351A

FABRICANTE: TIANCK MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM


☒ NÃO MOTIVO:

CATETER COM GUIA METÁLICA DE DIFÍCIL

INTRODUÇÃO.

FIO GUIA NÃO DESLIZA BEM, DIFÍCIL DE

RETIRAR

  
Ademir Regueira Filho  
Radiologia Intervencionista  
CRM-SC 11.424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 19/09/24

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51   | 24282 - Fio Guia para urologia Fio guia hidrofílico rígido, constituído de nitinol e revestimento de poliuretano, com medidas de : diametro de 0,035", comprimento de 150 a 180cm, ponta distal reta. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: TIANCK MEDICAL

FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80253920012

LOTE: TK623265A

FABRICANTE: TIANCK MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM( ) NÃO MOTIVO: *material atende as especificações do edital. Atende as 02 funções propostas.*

*Enf. Aline R. Lopes*  
COREN-SC 197881  
Líder de área II - OPME/SCIH

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: *02/10/2024*

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO**

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

| ITEM | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 13686 - RETALHO DE PERICÁRDIO BOVINO (PATCH ORGÂNICO) RETALHO DE PERICÁRDIO BOVINO (PATCH ORGÂNICO) - CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO PREVIAMENTE TRATADO COM GLUTARALDEÍDO E CONSERVADO EM FORMALDEÍDO À 4%, NO TAMANHO 5X10CM, ESPESSURA MÉDIA. CÓDIGO SUS: 0702040479 - 50CM2 - PATH ORGÂNICO. |

**AValiação Técnica**

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 422/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: BIOMEDICAL

FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10196320047

LOTE: 43848

FABRICANTE: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

*O material p/ uso p/ substituição  
do pericárdio*

Dr. Paulo E. Zanoni  
Cirurgião Torácico  
CRM 13889

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_