

MEMORANDO SEI Nº 28413177/2026 - SES.UME.APA

Joinville, 12 de fevereiro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2025**

Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Odontologia

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI encaminhamos nossa análise conforme os critérios estabelecidos no Processo Licitatório SEI nº 25.0.114879-1, quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 26312666) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados, conforme:

8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

(...)

8.4.4 - a identificação da marca e do modelo do objeto ofertado;

8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.

(...)

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde.

a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

b) Para todos os itens as proponentes deverão apresentar, juntamente às propostas, uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:

b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Se o item for importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Segue a lista de item por empresa para análise técnica da proposta, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/Service	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Compras)	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o Edital	Prospecção de acordo com o Edital	Registro Anvisa	Amostragem?	Parecer
	COD. 41126 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM METAL, SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO, ROLAMENTO CERÂMICO									As especificações técnicas apresentadas na proposta comercial, traz explicitamente a informação de que o torque do equipamento é de 1,6 N.cm, o que extrapola a faixa requerida no edital (ROTOR COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM). DADOS GERAIS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA. (transcritos da proposta comercial): Peça de mão classe 2, relação de transmissão 1:1 Grau de proteção contra poeira e líquidos: IP00

10	O, ROTAÇÃO ENTRE 335.000 RPM A 420.000 RPM, ROTOR COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN - DOIS FUROS, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 32 A 50 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 30 A 35 LIBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, APRESENTAR REGISTRO / ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	DX MEGA BUTTON	DX	DX MEGA BUTTON	SIM	EM DESACORDO COM O EDITAL	80055110015 VIGENTE CONFORME CONSULTA AO PORTAL ANVISA, 12/02/2026	SIM	Tipo de broca Standart FG Rolamento de esferas cerâmicas ou de aço inox. Torque 1,6 N.cm Pressão de acionamento de ar e água medida com padrão 220 kPa (2,2 bar) Consumo de ar: 40-42 l/min Consumo de água: 50 ml/min Conexão Borden dois furos, tipo 1, conforme ISO 9168; Sistema de fixação de broca: haste tipo 03 - 1,6 mm Refrigeração por spray triplo (três orifícios): modelos Mega Torque/Mega Button Autoclavável a 135°C por 15 min REPROVADO. Equipamento ultrapass
----	---	-----	----------------	----	----------------	-----	---------------------------	--	-----	--

