



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0016836943/2023 - SES.UFL.LAB

Joinville, 05 de maio de 2023.

À SAPLCT

Sra. Ana Luiza Baumer

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 860/2022

**Objeto:** Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção aos MEMORANDOS SEI Nº 0016446119, 0016531639 e 0016570360/2023 - SAPLCT encaminhando análise técnica das propostas apresentadas pelas proponentes, no que se refere aos **itens 8.9, e alíneas k e l do item 10.6** do Edital 0015225547.

| Item | Material/Serviço  | Fornecedor  | Registro na ANVISA Item 8.9.1 | Bula/Prospecto Item 8.9.2  | Alvará Sanitário Item 10.6, alínea k) | Autorização de Funcionamento da Empresa Item 10.6 alínea l) | Descritivo  | Parecer Técnico  |
|------|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------|
| 1    | 16694 - ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL P.A. APRESENTAÇÃO 1.000 ML  | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA                                    | Isento                        | Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528644 e 0016445014. | ok                                    | ok  | ok  | <b>REPROVADO</b> |
| 9    | 917680 - OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 100 ML.  | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento                        | Não foi possível identificar na proposta comercial 0016531595,                 | ok                                    | ok  | ok  | <b>REPROVADO</b> |
| 13   | 917682 - REATIVO DE ERLICH REATIVO DE EHRlich. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 100ML.   | PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA            | ok                            | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 24   | 16710 - ASPIRADOR DE VOLUME 10 ML EM PLÁSTICO. TIPO POLIPROPILENO RÍGIDO, POSSUI ROLDANA PARA FAZER A SUÇÃO REGULADA DE LÍQUIDOS E DISPOSITIVO PARA LIBERAÇÃO RÁPIDA, NA PARTE INFERIOR POSSUI UM BOCAL DE BORRACHA COM ESTRÍAS INTERNAS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA PIPETA. | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 25   | 917546 - BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva absorvente hipoalérgica para uso pós coleta sanguínea, nas cores branca ou bege, caixa c/ 500 unidades.  | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | ok                            | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 26   | 16723 - BANDEJA EM POLIETILENO 20 CM DE LARGURA X 30 CM DE COMPRIMENTO X 6,0 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 2,5 L.  | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | O item ofertado na proposta comercial 0016570312 não atende o descritivo deste edital, uma vez que este possui medidas incompatíveis ao solicitado. | <b>REPROVADO</b> |
| 27   | 16724 - BANDEJA EM POLIETILENO 28 CM DE LARGURA X 42 CM DE COMPRIMENTO X 7,5 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 8 L.  | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 29   | 16698 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 100 ML.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 30   | 16699 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 250 ML.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 31   | 16700 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 50 ML.  | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | ok  | APROVADO         |
| 32   | 16727 - COLETOR DE URINA 24 HORAS, CAPACIDADE DE 2.000 A 2.700 ML COM TAMPA ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA, A COR DEVERÁ PROTEGER DA LUZ.  | PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA                | ok                            | ok   | ok                                    | ok  | O item ofertado na proposta comercial 0016444863 não atende o descritivo deste edital.  | <b>REPROVADO</b> |
| 33   | 910353 - COLETOR DE URINA 80ML ESTERIL COM ROSCA  | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | O item ofertado na proposta comercial 0016570312 não atende o descritivo deste edital, uma vez que este possui vedação hermética.                   | <b>REPROVADO</b> |
| 35   | 25391 - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO/REGRESSIVO, QUE MARCA HORA/MINUTOS/SEGUNDOS, COM ALARME, BATERIA COMPATÍVEL FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO.   | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | O item ofertado na proposta comercial 0016570312 não atende o descritivo deste edital, uma vez que este não vem acompanhado de bateria.             | <b>REPROVADO</b> |
| 36   | 25325 - CUBA DE COLORAÇÃO COM BERÇO PARA 30 LÁMINAS COM TAMPA CUBA DE VIDRO, ALTA, SEM RANHURAS (PARA SER UTILIZADA COM BERÇO). CAPACIDADE PARA 30 LÁMINAS DE MICROSCOPIA 25,4-26 X 76 MM. ACOMPANHADA DE TAMPA. CUBA E TAMPA FABRICADAS EM VIDRO. BERÇO                    | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento                        | ok   | ok                                    | ok  | O item ofertado na proposta comercial 0016570312 não atende o descritivo deste edital, uma vez que o item não vem acompanhado do berço.             | <b>REPROVADO</b> |

|    |  |   |        |    |    |    |   |                                      |  |
|----|--|---|--------|----|----|----|---|--------------------------------------|--|
|    | FABRICADO EM AÇO INOX PARA 30 LÂMINAS.   |   |        |    |    |    |   |                                      |  |
| 37 | 16709 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 60 FUROS. ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 60 FUROS (INTERIOR DOS FUROS DIÂMETRO DE 16 A 21 MM).  | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 38 | 16708 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 40 FUROS. ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 40 FUROS (INTERIOR DOS FUROS DIÂMETRO DE 14 A 21 MM).  | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 39 | 918700 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ MICROTUBOS DE 1 A 2 ML, CAPACIDADE PARA 100 MICROTUBOS.   | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar a capacidade do item ofertado na proposta comercial 0016570312.  | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 40 | 16702 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 250 MM.   | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 41 | 16701 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 100 MM.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 42 | 16703 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 50 MM.  | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 44 | 25380 - LÂMINA LAPIDADA PARA MICROSCOPIA TAMANHO 26,0 X 76,0 MM, ESPESURA = 1,0 A 1,4 MM, COM TARJA FOSCA. FORNECIDO EM CAIXA COM 50 UNIDADES.   | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 49 | 917570 - LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6 V 30 W. LÂMPADA DE HALOGÊNIO PARA MICROSCÓPIO 6V 30W.  | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar a tensão e a potência do item ofertado na proposta comercial 0016531563.   | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 50 | 20911 - MALETA DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS. CONFIGURADA COM DIVISÓRIAS INTERNAS ESPECIFICAMENTE PARA MATERIAIS DE COLETA DE SANGUE (BANDEJAS E RACK PARA TUBOS), DIMENSÕES: 400-450 MM X 250-280 MM X 150-180 MM. | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | O item ofertado da proposta comercial 0016570319 não atende o descritivo deste edital.  | <b>REPROVADO</b>                     |  |
| 51 | 25393 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 1000 MICROLITROS A 5.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.             | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 53 | 25395 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 20 MICROLITROS A 200 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.                 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 54 | 25396 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 2 MICROLITROS A 20 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005                    | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 56 | 25383 - PIPETA PASTEUR, PLÁSTICO, VOLUME 1 A 3 ML, GRADUADA  | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 57 | 14771 - PIPETA VOLUMÉTRICA 3ML PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A ESGOTAMENTO PARCIAL 2 TRAÇOS CAPACIDADE 3ML., MATERIAL: VIDRO BOROSILICATO  | FASTLABOR COMERCIAL LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 59 | 917683 - PLACA DE KLINE (PARA VDRL) EM VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. TAMANHO 6 X 8 CM.  | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA  | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 62 | 25386 - PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (2 A 200 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES  | PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA            | Isento | ok | ok | ok | O item ofertado na proposta comercial 0016444610 não atende o descritivo deste edital no que se refere ao volume máximo de aspiração.                                       | <b>REPROVADO</b>                     |  |
| 63 | 27332 - PONTEIRA AZUL TIPO GILSON (200 A 1.000 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES   | PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA            | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar na bula/prospecto o volume mínimo do item ofertado na proposta comercial 0015528556.   | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |  |
| 64 | 16704 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 100 ML.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 65 | 16705 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 250 ML.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO                   | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |
| 66 | 16706 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 500 ML.   | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE                               | Isento | ok | ok | ok | ok  | APROVADO                             |  |

|    |   | LABORATORIO                                   |        |    |    |    |  |                                      |
|----|---|---|--------|----|----|----|--|--------------------------------------|
| 69 | 25397 - SUPORTE EM ACRÍLICO PARA MICROPIPETAS MONOCANAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 MICROPIPETAS, COM RECIPIENTE RETANGULAR NA PARTE FRONTAL DO SUPORTE PARA USO EM GERAL.   | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA                      | Isento | ok | ok | ok | ok   | APROVADO                             |
| 71 | 5117 - TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15 ML TUBO CÔNICO TIPO FALCON PLÁSTICO PARA BIOLOGIA MOLECULAR, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), FUNDO CÔNICO, GRADUADO DE 15ML, COM TAMPA DE ROSCA, TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL, RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS (-70°C ATÉ 120°C), AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARA CENTRIFUGAÇÃO EM ALTAS VELOCIDADES (10.000 RPM) PARA REAGENTES LÍQUIDOS. | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA                      | Isento | ok | ok | ok | Não foi possível identificar na bula/prospecto se o item ofertado na proposta comercial 0015528266 possui todas as características exigidas. | Solicitamos ao pregoeiro diligência. |
| 72 | 25388 - TUBO CÔNICO PARA URINA, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), FUNDO CÔNICO, GRADUADO DE 15 ML, TRANSLÚCIDO, NÃO ESTÉRIL.   | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA                      | Isento | ok | ok | ok | O volume do item ofertado na proposta comercial 0015528266 não condiz com o solicitado neste edital.   | <b>REPROVADO</b>                     |
| 73 | 25389 - TUBO DE ENSAIO DE POLIESTIRENO, RÍGIDO, ALTAMENTE TRANSPARENTE, FUNDO REDONDO, UTILIZADOS PARA SOROLOGIA, CAPACIDADE 5 ML.  | FASTLABOR COMERCIAL LTDA                      | Isento | ok | ok | ok | ok   | APROVADO                             |
| 75 | 16707 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, SEM TAMPA 15 X 100 MM, CAPACIDADE 10 ML.   | CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Isento | ok | ok | ok | ok   | APROVADO                             |

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Frantz Schuch, Coordenador(a)**, em 12/05/2023, às 09:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 12/05/2023, às 17:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016836943** e o código CRC **5EDFB3F1**.