

**MEMORANDO SEI Nº 25343741/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 05 de maio de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 128/2025.

**Objeto:** Aquisição de Caixas Térmicas, Termômetros, Gelo Reutilizável e Termo-Higrômetros para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao documento SEI nº 25332125 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado INMETRO	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
3	25661 - CAIXA TÉRMICA 24 A 26 LITROS POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 24 A 26 LITROS.	Unidade	<b>SIERDOV SKI TECNOLOGIA LTDA</b>	MOR 26L	CAIXA	Apresentou descrição resumida do item.	Item não certificado pelo Inmetro - Isento	Ficha técnica descreve "tampa soprada com isolamento em isopor"; edital exige "isolamento em poliuretano inclusive na tampa".  Prospecto não deixa claro a exigência do edital "tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental".	Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital:  1 - Isolamento em poliuretano inclusive na tampa.  2 - Tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental.

6	<p>25664 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA CAIXA TÉRMICA TERMÔMETROS DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA INTERNA EM CAIXAS DE VACINAS E TEMPERATURA EXTERNA, A PROVA D'ÁGUA, LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM, FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA INTERNA DA CAIXA (SONDA): - 20° C + 40 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5° C +50 ° C. RESOLUÇÃO 0,1° C. ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.</p>	Unidade	<b>INSTRUMENTOS LICITACAO LTDA</b>	FORMIS	FOR-200	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou.	<p>Apresentou.</p> <p>Prospecto descreve "cabo do sensor de 3 metros de comprimento"; edital exige "cabo com sensor com comprimento de 50 a 100 cm".</p>	<p>Para continuidade na análise, solicitamos:</p> <p>1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.</p> <p>2- Que a empresa confirme o comprimento do cabo com sensor.</p>
7	<p>25665 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA GELADEIRA TERMÔMETROS PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA EM GELADEIRAS (MÁXIMA E MÍNIMA) E TEMPERATURA EXTERNA, COM LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA INTERNA DA GELADEIRA (SONDA): - 20° C + 40 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5° C +50 ° C. RESOLUÇÃO 0,1° C.; ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.</p>	Unidade	<b>UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA</b>	Unity	TDU100	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou.	De acordo	<p>Para continuidade na análise, solicitamos:</p> <p>1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.</p>

9	<p>911847 - TERMOHIGROMETRO DIGITAL INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR. CARACTERISTICAS GERAIS MÍNIMAS: COM DOIS MOSTRADORES DE CRISTAL LÍQUIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DE MANEIRA SIMULTANEA; COM MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO, TANTO PARA TEMPERATURA COMO PARA UMIDADE; ESCALA DE TEMPERATURA MINIMA -10 A + 50 °C; RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1° C; ESCALA DE UMIDADE MINIMA 20 A + 95%; RESOLUÇÃO DE UMIDADE 1 %; BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: PILHAS (INCLUSAS NO FORNECIMENTO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.</p>	PC	<p><b>UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA</b></p>	Unity	THU200	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou.	<p>Prospecto não deixa claro a exigência do edital "com dois mostradores de cristal líquido, permitindo a visualização da temperatura e umidade de maneira simultânea"</p>	<p>Para continuidade na análise, solicitamos:</p> <p>1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.</p> <p>2 - Que a empresa confirme que item atende a exigência do edital: com dois mostradores de cristal líquido, permitindo a visualização da temperatura e umidade de maneira simultânea.</p>
---	--	----	--	-------	--------	--	-----------------	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 06/05/2025, às 11:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25343741** e o código CRC **DD255EDA**.

