

OFÍCIO SEI Nº 28588703/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 27 de fevereiro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 454/2025.**Objeto:** Aquisição de instrumentais cirúrgicos para atendimento às demandas do Hospital Municipal São José.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n. 28586609/2026 - SAP.LCT, segue análise técnica dos itens ofertados:

Item	Material/Serviço	Unid.	Qtd.	Fornecedor	Marca	Análise Técnica
		medida	licitada			
6	43877 - PORTA AGULHA RYDER COM VÍDEA 30 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	Unidade	60	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MCN INSTRUMENTOS	<u>Proposta Reprovada</u> Após 3 (três) diligências, a empresa não comprovou o tipo de aço que o item é fabricado. Somado a isto, não apresentou documento de outros produtos, e que não são objeto de análise. Portanto, esgotada a possibilidade de resolução por meio de diligência, a proposta está reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 27/02/2026, às 11:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28588703** e o código CRC **5905D076**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28588703v4