

À  
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 354/2023.

Objeto: Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Encaminhamos as análises técnicas das amostras apresentadas para os itens 6, 7 e 18:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Parecer
6	24864 - BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO MÍNIMO 10,16 CM X 9,14 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dermacure	dermacure	Conforme Análise de amostra item 6 (SEI nº 0019535164), durante a avaliação do produto, a equipe técnica identificou que este possui óxido de zinco com pouca adesão à pele, deixando a Bota de Unna com excesso de oleosidade, transpassando a atadura, deixando umidade local excessiva. Também foi informado reclamação dos pacientes em relação ao vazamento em excesso do produto. A equipe técnica informou ainda que o item possui baixa aderência à pele, menor contenção proposta pela Bota de Unna, não sendo eficaz no fechamento da lesão. <b>Amostra reprovada.</b>
7	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	ROSSANE SERAFIM MATOS	CURATEC	BK271010	Amostra aprovada, conforme Análise de amostra item 7 (SEI nº 0019535223).
18	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	FIBROSOL AG EX	GOLD MED	Conforme Análise de amostra item 18 (SEI nº 0019535240), durante a análise do produto ofertado, a equipe técnica identificou que a embalagem menciona 10 X 10 cm, o Termo de referência aponta tamanho mínimo de 10 X 10 cm, porém, as amostras são de tamanho 9,6 X 10 cm. <b>Considerando que a amostra não possui a medida exigida no edital, a amostra foi reprovada.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/12/2023, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019535278** e o código CRC **E3665E11**.

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 6

24864 - BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO MÍNIMO 10,16 CM X 9,14 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA: DERMACURE
LOTE: A240223
REGISTRO (ANVISA): 80002190022
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Sem apontamentos em relação a embalagem. A embalagem é adequada com fácil identificação. Não houve adequação de material.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Bula com todos os referências de detalhe.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Óxido de zinco com pouco aderência à pele, durante o tempo de unna com risco de desidratação, transportando a estrutura durante umidade local excessiva.

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: Redomação dos pacientes em relação ao uso - menor em relação ao produto. Análises técnicas realizadas e testes = baixa aderência à pele durante o tempo de unna com risco de desidratação, transportando a estrutura durante umidade local excessiva.

DATA: 12/12/23

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

  
Michelle Stringhini  
Enfermeira  
COREN 080979

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 07

910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: ROSSANE SERAFIM MATOS

MARCA: CURATEC BK271010

LOTE: 23072705

REGISTRO (ANVISA): 80246910004

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Apresenta embalagem intacta, sem violação de resíduos. Boa aparência e ausência de odor.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta rótulo de fácil visualização, com informações claras e precisas sobre o produto, também a validade e com registro na Anvisa visível na embalagem.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: material já se encontra em uso pelas equipes da abncap para atender a demanda em Joinville com boa qualidade e avaliação por parte da equipe.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: manter qualidade do produto que já está em uso

DATA: 05/12/23

  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 18

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
MARCA: FIBROSOL AG EX GOLD MED
LOTE: 15E23
REGISTRO (ANVISA): 81606090032
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem mencionada 10x10 cm, e termos de referência aponta tamanho mínimo de 10x10 cm, porém as amostras são de tamanho 9,6x10 cm, não atende!

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Tamanho não atende ao descritivo e necessidade de buchas de saída. As amostras com o mesmo tamanho de 9,6x10 cm, atende com registros dos embalagens e requisitos no descritivo.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende pois não atende o descritivo do termo de referência acima.

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao descritivo do termo de referência acima e com embalagem deste produto.

DATA: 12/12/23

Michelle Stringhini  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini  
Enfermeira  
COREN 080979