



MEMORANDO SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de janeiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0024205874, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	EMPRESA	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
61	44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR , COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE	Unidade	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	LABOR IMPORT/ Modelo 5401	De acordo	10369460065- Registro vigente, referente a diversos modelos de equipamentos, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado: 1- Que a empresa informe qual o modelo ofertado pois na ficha constam dois modelos, códigos 5401 e 8007; 2- Que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências:	A empresa não se manifestou acerca do filtro de partículas de 15 micra. Para finalização da análise e evitar a convocação de amostras que não atendem o edital, questionamos: 1- O item ofertado possui ou não filtro de partículas de 15 micras

PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES.							2.1- CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA EM SEU INTERIOR; 2.2- CONECTOR DISTAL LUER LOCK; 2.3- QUE O PRODUTO É EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. No retorno, a empresa informou: <u>Participante:</u> O código do nosso produto é 5401 Câmara de gotejamento, tubulação em PVC de 150cm. Conector luer lock. Embalado em papel grau cirúrgico.	no interior da câmara de gotejamento?
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/01/2025, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024206135** e o código CRC **709DA03D**.

