

MEMORANDO SEI Nº 30326590/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **112/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30291802 segue a análise técnica solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer final
4	Exclusivo	909164 - FIO CERA PARA OSSO FIO CERA PARA OSSO - ENVELOPE COM NO MINIMO 2,0 GRAMAS; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ENV	DIFIO PRODUTOS MEDIC LTDA	BIOLINE WAXBIO2 5B	De acordo	10426020025, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/07/2026.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		909816 - FIO CIR.						O prospecto apresentado não atende aos requisitos técnicos necessários		Para continuidade da análise é necessário que a

16	Exclusivo	MONOF. DE POLIPROPILENO 0 AG 3,5 a 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7 cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410014 Não analisado	para a análise. Por tratar-se de um catálogo genérico, sem a indicação clara do modelo ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	-----	empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
18	Exclusivo	909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519042, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
21	Exclusivo	47025 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 4-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 1,90 A 2,5CM, ESTÉRIL,	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 8-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 60CM,	Não apresentou	Não apresentou	EXIGE	Para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos

		EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.				TIPO AGULHA: 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO				também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA).
23	Exclusivo	47026 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM 02 AGULHAS 3/8 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 0,9 A 0,93CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410014 Não analisado	O prospecto apresentado não atende aos requisitos técnicos necessários para a análise. Por tratar-se de um catálogo genérico, sem a indicação do modelo ou a indicação clara do item ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
29	Exclusivo	910539 - FIO CIRURGICO DE AÇO INOX 0 S/AG FIO CIRÚRGICO DE AÇO INOX 0, COM 3X60 CM DE COMPRIMENTO SEM AGULHA, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	BIOLINE MODELO : AC0SA60	De acordo	10426020014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/07/2026.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital. Classificada.
								O		

30	Exclusivo	47030 - FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 2-0 AG 2,5 CM A 3,0 CM GASTR FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO, COR AZUL, ESPESSURA 2-0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 2,5CM A 3,0CM, GASTR., ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410016 Não analisado	prospec to apresen tado não atende aos requisit os técnicos necessá rios para a análise. Por tratar-se de um catálogo genéric o, sem a indicaçã o do modelo ou a indicaçã o clara do item ofertado e das suas especifi cações, não é possível verificar a compati bilidade com as exigênci as do edital.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificaçõe s constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementa r ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
42	Exclusivo	909773 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 S/AG FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT), ESPESSURA 3-0, COM 150CM DE COMPRIMENTO SEM AGULHA, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR	ENV	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410012 Não analisado	O prospec to apresen tado não atende aos requisit os técnicos necessá rios para a análise. Por tratar-se de um catálogo genéric o, sem a indicaçã o do modelo ou a indicaçã o clara	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificaçõe s constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementa

		14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.						do item ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	r ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
4 5	Exclusivo	47037 - FIO LINHO 0 AG 3CM A 3,1CM GASTR. FIO CIRÚRGICO LINHO BRANCO, ESPESSURA 0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO DE 3,0CM A 3,1CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410011 Não analisado	O prospecto apresentado não atende aos requisitos técnicos necessários para a análise. Por tratar-se de um catálogo genérico, sem a indicação do modelo ou a indicação clara do item ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
4	Exclu	47038 - FIO MONONYLON 10-0 AG 0,5 CM A 0,65 CM MICROCIRURGIA FIO CIRÚRGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 10-0, DE 13 A 20CM		DIFIO PRODUTOS	BIOLINE MODELO		10426020004, registro ativo, confirmado	Apresentou prospecto, porém o documento não deixa claro a seguinte	Classificação condicionada a empresa confirmar se o item ofertado atende na

7	sivo	DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, MEDINDO DE 0,5 A 0,65CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	MEDICOS LTDA	: NL10CE65	De acordo	o no Portal ANVISA em 23/07/2026.	e exigência do edital: 1. Agulha círculo cilíndrica	-----	Íntegra as exigências do edital: 1. Agulha círculo cilíndrica.
48	Exclusivo	47141 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,9 A 2,0 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
49	Exclusivo	47142 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
		916966 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL,								

50	Exclusivo	EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
51	Exclusivo	47143 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 1,9 A 2,0 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
52	Exclusivo	47039 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,4 CM A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

		UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.							
5 3	Exclu sivo	916999 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR , DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTR O NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENV PE	CIRUR GICA NOSSA SENHO RA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519 040 Não analisado	Apresen tou prospec to com vários modelos , não sendo possível identific ar qual é o modelo ofertado .	----- Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado.
		47040 - FIO MONONYLON 3-0 AG 3,50 CM A 4,0 CM ATRAUM.CILÍNDRIC A FIO CIRÚRGICO, MONOFILAMENTAR		BLUME				O prospec to apresen tado não atende aos requisit os técnicos necessá rios para a análise. Por tratar- se de um	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as

54	Exclusivo	, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO ATRAUMÁTICA, MEDINDO DE 3,5 A 4,0CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410022 Não analisado	catálogo genérico, sem a indicação do modelo ou a indicação clara do item ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	----- Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
55	Exclusivo	47041 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou	EXIGE Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
56	Exclusivo	47144 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou	EXIGE Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

57	Exclusivo	917001 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR , DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos , não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado .	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado.
59	Exclusivo	47145 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR , DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
		47042 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A								

60	Exclusivo	2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/07/2026.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
61	Exclusivo	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICO FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45CM	Não apresentou	Não apresentou	-----	Para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site).
62	Exclusivo	47146 - FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 6.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade

		TRIANGULAR MEDINDO 1,9 A 2,0 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.		LTDA			em 27/07/202 6.		de apresentar amostras.
6 6	Exclu sivo	47044 - FIO POLIDIOXANONA 4- 0 AG 1,7 CM A 2,0 CM CILÍNDRICA FIO CIRÚRGICO DE POLIDIOXANONA SINTÉTICO, MONOFILAMENTAR , VIOLETA, ABSORVÍVEL DE ESPESSURA 4-0, AGULHA DE 1,7 A 2,0CM, CIRCULO CILÍNDRICA, 1/2 DE CURVATURA COM COMPRIMENTO DE 30 A 80CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	DIFIO PRODU TOS MEDIC OS LTDA	BIOLINE MODELO : PDO40M R20G	De acordo	10426020 016, registro ativo, confirmad o no Portal ANVISA em 23/07/202 6.	Apresen tou	EXI GE Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
7 0	Exclu sivo	909788 - FIO POLIESTER 5 AG 4,7CM A 4,8CM CARDIOV. Fio cirurgico de poliester trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, medindo 4x75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo de 4,7cm a 4,8cm, esteril, embalagem unitaria conforem NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUME DICA PRODU TOS MEDIC OS E CIRUR GICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410 023 Não analisado	O prospec to apresen tado não atende aos requisit os técnicos necessá rios para a análise. Por tratar- se de um catálogo genéric o, sem a indicaçã o do modelo ou a indicaçã o clara do item ofertado e das suas especifi cações, não é possível verificar a compati	----- Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificaçõe s constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementa r ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.

								bilidade com as exigências do edital.		
71	Exclusivo	47046 - FIO POLIÉSTER 5 AG 4,7 CM A 5,0 CM PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA FIO CIRÚRGICO DE POLIÉSTER COR VERDE, ESPESSURA 5 COM AG 1/2 CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICA E PONTA TRIANGULAR, MEDINDO DE 4,7 A 5,0 CM, COMPRIMENTO 75CM, ORTOPÉDICO. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30MM	Não apresentou	Não apresentou	-----	Para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site).
72	Exclusivo	43909 - FIO CIRÚRGICO DE NYLON 3-0 COM AGULHA RETA 6.0 CM FIO CIRÚRGICO EM NYLON, SINTÉTICO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTAR, ATÓXICO. COMPRIMENTO DE 75 CM. COM AGULHA ATRAUMÁTICA, TRIANGULAR CORTANTE, INVERTIDA, RETA, COM 6.0 CM EM AÇO SILICONIZADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	Envelope	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	BIOLINE MODELO : NL30RT60S3	De acordo	10426020004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/07/2026.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.								
73	Exclusivo	47047 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 3,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, MEDINDO DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 3,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410013 Não analisado	O prospecto apresentado não atende aos requisitos técnicos necessários para a análise. Por tratar-se de um catálogo genérico, sem a indicação do modelo ou a indicação clara do item ofertado e das suas especificações, não é possível verificar a compatibilidade com as exigências do edital.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado.
74	Exclusivo	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM	Envelope	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM,	Não apresentou	Não apresentou	-----	Para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o

		SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.				TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA,				envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site).
75	Exclusivo	26221 - FIO DE SEDA 4.0 COM AGULHA 1,5 A 1,7 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 4.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 1,5 A 1,7 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA. REGISTRO NA ANVISA	Envelope	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519046 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado.
78	Exclusivo	909790 - FITA CARDIACA S/AG Fita cardiaca de algodao branco, espessura 7-0, medindo 0,35x80cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	BIOLINE MODELO : BFCARDIO35X80	De acordo	10426020024, registro ativo, verificado no Portal ANVISA em 23/07/2026.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30326590** e o código CRC **01A4144B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30326590v3