



OFÍCIO SEI Nº 30614778/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 20 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Ofício SEI Nº 30526648/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas abaixo:

It e m	Material/Serviço	Uni d. med ida	Proponente	Marca	Análise Técnica
2	46007 - Retrator cerebral 1 unidade: apoiador de mão articulado com 254mm; 2 unidades: de braços primários de fixação na mesa com 152mm; 4 unidades: braços secundários de fixação com 304mm; 1 unidade: bandeja p/ col. de cotonóide; 6 unidades: braços longos para fixação das espátulas cerebrais com 241mm; 1 unidade: caixa para armazenamento do afastador; 1 unidade: retrator secundário flutuante 305mm; 1 unidade: espátula maleável 1.6mm x 19mm; 1 unidade: espátula maleável 2mm x 10mm; 1 unidade: espátula	Conj unto	Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos Ltda	Fato Instrumen tos	Análise Técnica Após análise foi verificado que o produto ofertado não atende as exigências mínimas do edital. Pontos de Desconformidade (Quantidades e Itens):

	maleável 3mm x 13mm; 1 unidade: espátula maleável 4mm x 16mm; 1 unidade: espátula maleável 6mm x 19mm; todas as lâminas com comprimento mínimo de 229mm. todos os itens devem ser compatíveis com esterilização a vapor saturado 134°.				• Braços de fixação e suporte: Enquanto o descritivo solicita um conjunto robusto com 2 braços primários, 4 secundários e 6 braços longos, a composição do conjunto ofertado possui apenas 01 Presilha de fixação para mesa, 01 Suporte principal, 01 Suporte para haste, 01 Haste tipo Yasargil e 02 Braços flexíveis; • Espátulas: O descritivo solicita 5 espátulas de medidas específicas (1.6x19mm a 6x19mm) com comprimento mínimo de 229mm. O item ofertado acompanha apenas 04 espátulas de tamanhos variados (ex: 10mm, 15mm), sem especificar o comprimento total de 229mm ou as larguras exatas solicitadas; • Itens Adicionais: Não há menção explícita na lista de composição para o apoiador de mão articulado (254mm), a bandeja para cotonóide ou o retrator secundário flutuante (305mm).
3	46008 - Suporte de crânio 1 arco mesa sentado para encaixe na mesa cirúrgica; 1 suporte parte deitado para encaixe na mesa cirúrgica; 2 presilhas de mesa; 1 extensor com rotação 360 graus; 1 apoio meia lua infantil/adulto com ventosas em silicone; 1 apoio ferradura; 1 coroa para fixação; 3 pinos com rotação 360 graus; 6 pinos adulto; 3 pinos infantil; 2 apoios para cabeça em gel.	Kit	Stan Comércio de Produtos Médicos Ltda	Orion	Análise Técnica A proposta apresentada para este item está aprovada pela equipe técnica, pois atende todas as exigências do descritivo fixado em edital.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 25/08/2026, às 11:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30614778** e o código CRC **1DEF32BD**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123698-6

30614778v3