



## MEMORANDO SEI Nº 25233386/2025 - HMSJ.SUP.CAME

Joinville, 22 de abril de 2025.

À  
SAPLCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **112/2025**.

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Equipos para aquecimento de sangue e fluídos utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville.

Segue análise técnica do Processo Licitatório SEI nº 25.0.009566-0, considerando o descritivo da proposta de preços, bem como o Edital (SEI nº 25.0.009566-0):

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Registro na Anvisa	Ficha técnica	Situação
1	911725 - EQUIPO PARA AQUECIMENTO DE SANGUE E FLUÍDOS 150 ML/MINUTO EQUIPO PARA AQUECIMENTO DE SANGUE E FLUÍDOS 150 ML/MINUTO: DISPOSITIVO DESCARTAVEL PARA ALTO FLUXO DE FLUIDOS AQUECIDOS. POSSUI UM VOLUME DE "PRIMING" DE 150 ML, ALÉM DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE A ENTRADA DE AR NO CIRCUITO, CAPAZ DE RETIRAR ATÉ 3000 ML DE AR DO CIRCUITO POR	Unidade	240	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ACE MEDICAL	240,00	Página 3 - 0025186968	páginas 9 a 15 - 0025186968	ATENDE

	MINUTO. HABILITADO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS AQUECIDOS ATÉ O VOLUME DE 3000 ML/HORA. PERMITE UMA PRESSÃO PARA INFUSÃO SUPERIOR A 300 MMHG. LIVRE DE LATEX, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. COMPOSTO POR UM TROCADOR DE CALOR, PONTOS PARA ENTRADA DE DOIS DISPOSITIVOS DE FLUIDOS EXTERNOS, FILTRO DE 150 MICRON, PONTO PARA INJEÇÃO INTRAVENOSA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.								
2	911911 - EQUIPO PARA AQUECIMENTO DE SANGUE E FLUÍDOS 500 ML/MINUTO EQUIPO PARA AQUECIMENTO DE SANGUE E FLUÍDOS 500ML/MINUTO: DISPOSITIVO DESCARTAVEL PARA FLUXO PADRÃO DE AQUECIMENTO DE FLUIDOS, ADEQUADO PARA FLUXOS MODERADOS. . POSSUI UM VOLUME DE "PRIMING" DE 39 ML, CAPAZ DE ADMINISTRAR FLUIDOS AQUECIDOS ATÉ O VOLUME DE 9000 ML/HORA. PERMITE UMA PRESSÃO PARA INFUSÃO	Unidade	300	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ACE MEDICAL	237,00	página 3 -0025186968	páginas 9 a 15 - 0025186968	ATENDE

SUPERIOR A 300 MMHG. LIVRE DE LATEX, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. COMPOSTO POR UM TROCADOR DE CALOR, UM PONTO PARA INJEÇÃO INTRAVENOSA, UMA LINHA DE 30 CM ATÉ O PACIENTE E UMA CÂMARA GOTEJADORA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 22/04/2025, às 11:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25233386** e o código CRC **FFC10463**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.009566-0

25233386v7