



## RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

### PREGÃO ELETRÔNICO nº 217/2025

**Objeto: Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI nº 25550604/2025 - SAP.LCT. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI nº 25579611/2025 - SES.UAD.ACM.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 22 de maio de 2025 às 11h38min (documento SEI nº 25550585).**

**1º Questionamento:** "1- DOS FATOS: 1.1) Conta no descritivo do item 24 (22156) integrador químico tipo V, a seguinte informação: - "ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNDADES" 2- DA SOLICITAÇÃO: 2.1) Solicitamos a Unidade de Licitações e Contratos, responsável pela elaboração do pregão, resposta ao seguinte pedido de esclarecimento: - Para o item 24, será aceito pacotes que possuam maior quantidade de integradores por embalagem? DA FINALIZAÇÃO: Tendo em vista o não fracionamento de embalagens e a não indicação ou direcionamento de uma marca ou modelo específico, sendo para ampla participação o item em questão, solicitamos resposta ao esclarecimento supracitado (2.1)."

**Resposta:** Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais da Unidade de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 25579611/2025 - SES.UAD.ACM: "Em resposta, reiteramos o descritivo exigido em edital:

**ITEM 24 - DESCRITIVO:** 22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS

**CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.**

*Ou seja, conforme exigido em edital, somente serão aceitos itens acondicionados "...EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES".*

Atenciosamente,

Marcio Haverroth  
**Pregoeiro - Portaria nº 159/2025 - SEI nº 0024963000**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 27/05/2025, às 10:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25594029** e o código CRC **00317CB9**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.067136-9

25594029v4