

MEMORANDO SEI Nº 30757706/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30757573 segue a análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
-	35	25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO..	UNID	COTACAO COM REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PLASTIC WAY	De acordo	10387170052, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 02/09/2026	Apresentou, porém o prospecto refere que todos os componentes são resistentes a esterilização de óxido de etileno (método de baixa temperatura). Não atende as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora).	EXIGE	Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.

Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2026, às 08:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30757706** e o código CRC **AE980DC4**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30757706v4