



MEMORANDO SEI Nº 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI nº 0025160582, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostras?	Parecer
10	912478 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTO RNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med Drape	De acordo	Apresentou o registro 80722800009, de acordo.	Não apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação do modelo ofertado. No retorno, a empresa informou "nosso modelo ofertado é

	DE LONGA DURAÇÃO.TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM.								CC45 (50cmx45cm)". Considerando que o edital exige tamanho mínimo 60 cm X 40 cm, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital.
48	909493 - LAMINA OFTALMO 15 GRAUS LAMINA OFTALMO 15 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO ANVISA.	PC	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ACUTE SURGICAL / INDIA R4 15 SBU	De acordo	80320680064, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o número do registro Anvisa do produto ofertado. No retorno, a empresa apresentou a documentação constante no documento SEI nº 0025160569. Acerca da documentação apresentada pela empresa, de que o produto ofertado já é aprovado nesta Administração, informamos que é referente a outro material, código 910684, item 50 do presente processo.

									Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/04/2025, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025168621** e o código CRC **2FCA60DB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

0025168621v4