



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**  
**COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5189 – Web: saude.joinville.sc.gov.br  
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Ata da reunião para julgamento das propostas e documentação apresentadas pelas empresas arrematantes referentes ao Pregão Eletrônico nº 039/2015, para **Registro de Preços** para futura e eventual **Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital Municipal São José**. Aos 29 dias de junho de 2015, às 09:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº. **105/2014**, para julgamento das propostas e documentação apresentadas pelas empresas arrematantes, conforme segue: **Item 03 – Sierdovski & Sierdovski Ltda- EPP** a empresa foi desclassificada por apresentar como arrematante o último valor de lance acima do estima. Item fracassado, aonde iremos comprá-los posteriormente. Sendo desta forma **desclassificada** conforme item 7.5 do Edital. **Item 06 - Ana Maria Pires Belem – ME**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 07 – Palas Comercial Ltda**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 11 - Medsys Comércio e Serviços Ltda-ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 12 – Item fracassado, aonde iremos comprá-los posteriormente**. **Item 13 - - Tartanha Progress Ltda – ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 14 - BBS Brasil – Comercialização de Produtos Ltda – ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 16 – Fraga Produtos Médicos Hospitalares Ltda** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 17 – Ana Maria Pires Belem – ME** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 21 - DEA Brasil Desfibrilador Ltda ME** – Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I Nº 43 – HMSJ Reprovado. Solicitado no edital "Deve utilizar tecnologia "Oxymax System", "Masimo Set", "Trutrak" ou "Mars", o equipamento ofertado não utiliza nenhuma das tecnologias citadas. Solicitado no Edital faixa de perfusão: 0,03% a 20%; no manual técnico do produto não localizamos nenhuma informação a respeito destes quesitos. Solicitado no Edital alarme audiovisuais, em 03 (três) categorias diferentes de prioridade, no mínimo, no manual técnico apresentado pela empresa informa apenas que possui alarme e que este pode ser silenciado temporariamente por 2 minutos, mas não consta que esse alarme possui categorias diferentes de prioridade. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa **Hit Tecnologia em Saúde Ltda – ME** foi **desclassificada para o Item 21** por ter itens em desacordo com edital. **Item 22 – Precisão Absoluta Balanças Ltda - ME** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 23 – Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Item fracassado, aonde iremos comprá-los posteriormente. **Item 24 – KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. **Item 27 – Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e V** – a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 10.3 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Salientamos que as



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE  
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5189 – Web: saude.joinville.sc.gov.br  
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



propostas foram analisadas pelo Sra. Maria Helena Ribeiro Kuhlhoff, Coordenadora Técnica do Hospital Municipal São José. Nada mais sendo constatado foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

**Pregoeiro:** Laércio Prestini

**Equipe de apoio:** Charlene Neitzel

Tatiana Fabíola da Rocha

Israel Calebe Dorneles