



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0010786608/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 18 de outubro de 2021.

À SAP.UPR

Em complemento ao memorando 0010704328, encaminhamos parecer referente a análise da amostra apresentada pela empresa ASLI COMERCIAL EIRELI Para o item 28:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.9.1- REGISTRO ANVISA	PARECER
28	910838 - CAMPO OFTÁLMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. COM BOLSA PLASTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL	PCT	ASLI COMERCIAL EIRELI	INTERTECH	80220130010	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010786511

TECNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRACAO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRACAO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE.				
---	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 18/10/2021, às 17:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010786608** e o código CRC **CC298B81**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010786608v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 28- CAMPO OFTALMICO MINIMO 80 X 80 CM

DESCRIÇÃO: 910838 - CAMPO OFTALMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. COM BOLSA PLASTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TECNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRACAO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRACAO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE.

FORNECEDOR: **ASLI COMERCIAL EIRELI**

MARCA: **INTERTECH**

LOTE: **210621/N**

REGISTRO (ANVISA): **80220130010**

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: **4 UNIDADES**

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Adequada a todos os campos adequados para ser

completar. Os pacientes agradecem!

Dra. Tatiana R. Rayes

Oftalmologia
CRM 15841

DATA: 18 / 10 / 21

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010845203/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de outubro de 2021.

À SAP.UPR

Em atendimento ao documento 0010732421, informamos que verificamos junto ao CAME e até a presente data a empresa MSR MEDICAL LTDA não apresentou as amostras solicitadas referente ao Item 21.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 22/10/2021, às 16:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010845203** e o código CRC **31D4E61A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010845203v3