

MEMORANDO SEI Nº 26742361/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de setembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26742003, seguem as análises solicitadas:

nº	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA	Unidade	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495510127, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----	Apresentou, porém, indica as medidas 100 cm de altura e 130 cm de largura.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado: 1- Que a empresa confirme qual o número do registro Anvisa do produto ofertado; 2- Que a empresa apresente documentação referente ao produto ofertado; 3- Que a empresa informe a gramatura do item que está ofertando. A gramatura deve constar na ficha

	REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal								técnica do produto. No retorno, a empresa manifesto u-se: "Confirmo que nosso produto tem gramatur a 50 de cor branca e RMS 80495510 127, e me coloco a disposição para o envio da amostra que confirma os dados em questão..." e anexou o document o SEI nº 26741881 . Na ficha técnica consta as medidas 100 cm para a altura e 130 cm para a largura, porém, o edital exige largura mínima de 140 cm e altura mínima de 120 cm; assim questionamos: 1- Qual a medida do avental ofertado?	
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA	Unidade	CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	WINNER	De acordo	80201960049, registro ativo, confirmado no	Apresentou.	Apresentou, porém, a documentação apresenta	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado:

<p>DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%</p>					Portal ANVISA.		da é referente ao item com o registro na Anvisa nº 80201960049		<p>1- Que a empresa confirme qual o número do registro Anvisa do produto ofertado;</p> <p>2- Que a empresa apresente documentação referente ao produto ofertado.</p> <p>No retorno, a empresa apresente a proposta adequada - SEI nº 26741939.</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>
---	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/09/2025, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26742361** e o código CRC **D1797EB9**.

