

MEMORANDO SEI Nº 0025116110/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **456/2024**.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Encaminhamos as informações da análise da amostra apresentada pela empresa Goldmed para o item 25:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Parecer
25	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE	Unidade	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Conforme Análise SEI nº 0025116086, a cobertura não apresentou alta absorção conforme descritivo, saturando rapidamente, mesmo em lesão pouco exsudativa. O produto é de fácil manuseio e abertura da embalagem, porém não atendeu aos descritivos na avaliação realizada, pouca capacidade absorviva, não realizou transferência e aderiu ao leito da lesão.

ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.			Amostra reprovada.
--	--	--	---------------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 09/04/2025, às 08:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025116110** e o código CRC **9A9D60B8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0025116110v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 25

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCIAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: PHARMAPLAST

LOTE: 15F24

REGISTRO (ANVISA): 81606090032

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: atende ao descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: cobertura não apresentou alta absorção conforme descritivo, saturando rapidamente, mesmo em lesão pouco exsudativa

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: produto de fácil manuseio e abertura da embalagem porém não atendeu aos descritivos na avaliação realizada, pouca capacidade absorvente, não realizou transferência e aderiu ao leito da lesão.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: conforme descrito acima, apresentando alta saturação da cobertura, aderência ao leito da lesão e pouca capacidade de transferência vertical

DATA: 04 / 04 / 25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Andressa Soares Seer
Enfermeira
COREN/SC 440275

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 25

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCIAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: PHARMAPLAST

LOTE: 15F24

REGISTRO (ANVISA): 81606090032

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: atende ao descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: cobertura não apresentou alta absorção conforme descritivo, saturando rapidamente, mesmo em lesão pouco exsudativa

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: produto de fácil manuseio e abertura da embalagem porém não atendeu aos descritivos na avaliação realizada, pouca capacidade absorvente, não realizou transferência e aderiu ao leito da lesão.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: conforme descrito acima, apresentando alta saturação da cobertura, aderência ao leito da lesão e pouca capacidade de transferência vertical

DATA: 04 / 04 / 25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Andressa Soares Seer
Enfermeira
COREN/SC 440275