

OFÍCIO SEI Nº 28596058/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 27 de fevereiro de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise e Parecer Técnico de Amostras - MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas pela empresa acima citada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Análise Técnica - Anexo SEI 28596049
16	43188 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA CURVA 25CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item " <i>Não fecha (desalinhamento)</i> ".
17	43189 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA RETA 25 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item " <i>Não fecha (desalinhamento)</i> ".

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 02/03/2026, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28596058** e o código CRC **DB327A1F**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28596058v6

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA CURVA 25CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	MCN INSTRUMENTOS
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☒ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

NÃO FECHA
REPROVAR

Responsável: _____

Data: / /



18/02/20

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA RETA 25 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	MCN INSTRUMENTOS
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

Reprovado por não estar em conformidade com o descritivo

Responsável: _____

Data: / /

[Assinatura]
C.R. 11.11.10
RQE 11.11.10/7355