



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017430810/2023 - SES.UFL.LAB

Joinville, 26 de junho de 2023.

À SAP.LCT

Sra. Ana Luiza Baumer

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 860/2022

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 0017398063/2023 - SAP.LCT encaminho análise técnica das propostas apresentadas pelas proponentes, no que se refere aos **itens 8.9, e alíneas k e l do item 10.6** do Edital 0015225547.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Registro na ANVISA Item 8.9.1	Bula/Prospecto Item 8.9.2	Alvará Sanitário Item 10.6, alínea k)	Autorização de Funcionamento da Empresa Item 10.6 alínea l)	Descritivo	Parecer Técnico
51	25393 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 1000 MICROLITROS A 5.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	Isento	ok	ok	ok	ok	APROVADO
53	25395 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 20 MICROLITROS A 200 MICROLITROS MONOCANAL	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	Isento	ok	ok	ok	ok	APROVADO

	COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.							
54	25396 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 2 MICROLITROS A 20 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	Isento	ok	ok	ok	ok	APROVADO
71	5117 - TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15 ML TUBO CÔNICO TIPO FALCON PLÁSTICO PARA BIOLOGIA MOLECULAR, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), FUNDO CÔNICO, GRADUADO DE 15ML, COM TAMPA DE ROSCA, TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL, RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS (-70°C ATÉ 120°C), AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARA CENTRIFUGAÇÃO EM ALTAS VELOCIDADES (10.000 RPM) PARA REAGENTES LÍQUIDOS.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	Isento	ok	ok	ok	ok	APROVADO

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Frantz Schuch, Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 14:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 17:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017430810** e o código CRC **F2701796**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.394706-8

0017430810v7