

MEMORANDO SEI Nº 0020823265/2024 - SES.GTO

Joinville, 08 de abril de 2024.

À
SES.UAD.ACM
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Objeto: Aquisição de Periféricos e Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Prezados Senhores,

Segue análise desta gerência referente ao Processo Licitatório SEI nº 24.0.001358-0, quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0020137450) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados, conforme:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	8.10.2 Prospecto, ficha técnica ou imagem de site.	Necessidade de Amostra?	Registro ANVISA	Observações
1	17611 - AMALGAMADOR APARELHO AMALGAMADOR - SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE / SWITCH INTERRMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA; HASTE BATEDORA COM 4200 OSCILAÇÃO POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIIS EM, OFERENCENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE; EXTREMAMENTE SILÊNCIOSO. CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÉTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	KONDETECH- Amalgamador Capsular YG-100	KONDETECH- Amalgamador Capsular YG-100	Prospecto apresentado está em desacordo com o edital.	Não	Isento registro	Item reprovado, pois o prospecto do produto enviado conforme solicitado no edital, deixa claro nas condições de garantia que "O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto." Além disso, neste prospecto consta que "o serviço de garantia será prestado somente pela Kondetech ou por empresas por ela credenciadas." Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.
2	17612 - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO TRANSDUTOR ULTRASSOM SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	KONDETECH - Ultrassom + Jato de Bicarbonato - SCA	KONDETECH - Ultrassom + Jato de Bicarbonato - SCA	Prospecto apresentado está em desacordo com o edital.	Não	Registro Anvisa nº 80022409010 Vigente, conforme consulta no site da ANVISA.	Item reprovado, pois o prospecto do produto enviado conforme solicitado no

	<p>CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ;BOMBA PERISTÁLTICA: COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA;RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED: LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA;PAINEL COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM); SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING; AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; AJUSTE FINO DA ÁGUA COM PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>						<p>edita, deixa claro nas condições de garantia que "O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto." Além disso, neste prospecto consta que "o serviço de garantia será prestado somente pela Kondetech ou por empresas por ela credenciadas." Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.</p>	
3	<p>19126 - MICRO MOTOR COM SPRAY ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>	D-X	<p>Intra Refrigeração - C/</p>	<p>Em desacordo com Edital.</p>	<p>o Sim</p>	<p>80055110003 vigente conforme consulta ao portal Anvisa</p>	<p>Item reprovado, pois conforme consta no prospecto:</p> <p>"• Ficam vetadas quaisquer alterações, concessões de garantia, condições de uso e/ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia documentada pelo fabricante.</p> <p>• Não tente reparar ou montar componentes defeituosos, inoperantes ou substituir por partes de outro aparelho. Só a DX e seus representantes autorizados podem efetuar reparos com peças originais. Somente com a utilização das peças e as especificações técnicas originais, a</p>

segurança do aparelho pode ser garantida. A peça de mão não é destinada a ser reparada em campo, somente por pessoal autorizado da DX.

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 meses, contados da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda para o primeiro proprietário.

Este serviço de garantia será prestado somente pela DX, ou por empresas por ela credenciadas.

O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto.

Itens não cobertos pela garantia: - Danos causados por acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, amassados, etc. - Danos causados por uso indevido, funcionamento em ambientes ou condições fora das especificações indicadas no manual. - Danos causados por uma instalação de ar mal dimensionada. - Deslocamento de um técnico

								da DX para outros municípios na intenção de realizar a manutenção do produto. - Despesas de remessa, instalação e deslocamento de Técnicos Autorizados. - Rolamentos; - Despesas com deslocamento de técnicos e fretes de ida e volta do aparelho. - Danos ao acabamento externo e/ou acessórios aos quais o fabricante não houver dado causa." Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.
4	41417 - BOMBA DE VÁCUO - USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 1 HP DE POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. TENSÃO 127V/220V 60HZ – AUTOMÁTICA.	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	GG	MD600	Em desacordo com o edital.	Não	Isto de registro	Item reprovado, pois está em desacordo com o edital em relação a potência do 1/2 CV, pois foi solicitado no mínimo 1 HP.
6	17711 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APARELHO COM BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 440 A 480 NM; INTERVALO DO PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA 460NM; RAMP PARA A INTENSIDADE TOTAL DE 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DE LUZ MÍNIMA DE 1.100 MW/CM2; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL DE 2 HORAS; TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA DE ATÉ 180 MIN; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 10°C – 40°C; SEM NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO; RADIÔMETRO INCLUSO; BATERIA REMOVÍVEL. GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA EM PEÇAS E BATERIA. MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS OU	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /	Em desacordo com o edital.	Não	Isto de registro	Item reprovado. Na ficha técnica do material, consta que não está incluso, visto que "é necessário a utilização de um radiômetro digital". Além disso, o tempo de garantia informado é de "um ano após a fabricação do

	IMPERFEIÇÕES.							produto", enquanto o edital solicita que seja de 2 anos a partir da emissão da nota fiscal. Ressalta-se ainda que, a empresa informa que há limitação para utilização "de forma contínua" e necessidade de intervalo de uso por "período de 30 minutos". Deste modo, conclui-se que o aparelho não tem condições de suprir as rotinas inerentes ao serviço público de saúde bucal do município e condições estabelecidas no edital.
8	17765 - MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, FORMATO ERGONÔMICO, CONTENDO ENCOSTO E ASSENTO AJUSTÁVEIS POR ALAVANCAS DE REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO COM SISTEMA A GÁS, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC NA COR VERDE CLARO, PASSÍVEL DE ASSEPSIA; ASSENTO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM; ARO DE APOIO PARA OS PÉS, BASE COM 5 (CINCO) RODÍZIOS QUE DESLIZEM SEM TRAVAR DURANTE O USO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG.	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FLEX	5R	Em desacordo com o edital.	SIM	Isento registro.	Item reprovado, pois está em desacordo com o edital pela ausência de aro para apoio para os pés e o diâmetro do assento é inferior ao solicitado.
9	17638 - CONTRA-ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	D-X	Intra COM REFRIGERAÇÃO	Em desacordo com Edital.	SIM	80055110012 Vigente conforme consulta ao portal ANVISA	Item reprovado, pois conforme consta no prospecto: "• Ficam vetadas quaisquer alterações, concessões de garantia, condições de uso e/ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia documentada pelo fabricante. • Não tente reparar ou

montar componentes defeituosos, inoperantes ou substituir por partes de outro aparelho. Só a DX e seus representantes autorizados podem efetuar reparos com peças originais. Somente com a utilização das peças e as especificações técnicas originais, a segurança do aparelho pode ser garantida. A peça de mão não é destinada a ser reparada em campo, somente por pessoal autorizado da DX.

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 meses, contados da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda para o primeiro proprietário.

Este serviço de garantia será prestado somente pela DX, ou por empresas por ela credenciadas.

O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto.

Itens não cobertos pela garantia: - Danos causados por acidentes de transporte e manuseio. Exemplo:

								<p>riscos, amassados, etc. - Danos causados por uso indevido, funcionamento em ambientes ou condições fora das especificações indicadas no manual. - Danos causados por uma instalação de ar mal dimensionada. -</p> <p>Deslocamento de um técnico da DX para outros municípios na intenção de realizar a manutenção do produto. - Despesas de remessa, instalação e deslocamento de Técnicos Autorizados. - Rolamentos; - Despesas com deslocamento de técnicos e fretes de ida e volta do aparelho. - Danos ao acabamento externo e/ou acessórios aos quais o fabricante não houver dado causa."</p> <p>Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e continuidade do atendimento odontológico no município.</p>
10	41126 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO, ROLAMENTOS DE CERÂMICA, ROTAÇÃO ENTRE 335.000 RPM A 420.000 RPM , ROTORES COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM. NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 70 DECIBÉIS, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN - DOIS FUROS, SISTEMA	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	D-X	Mega Button -	Em desacordo com Edital.	SIM	80055110015 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	<p>Item reprovado, pois conforme consta no prospecto:</p> <p>• Ficam vetadas quaisquer alterações, concessões de</p>

DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, QUE NÃO TRAVE DURANTE O PROCEDIMENTO. CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 32 A 50 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 30 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

garantia, condições de uso e/ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia documentada pelo fabricante.

• Não tente reparar ou montar componentes defeituosos, inoperantes ou substituir por partes de outro aparelho. Só a DX e seus representantes autorizados podem efetuar reparos com peças originais. Somente com a utilização das peças e as especificações técnicas originais, a segurança do aparelho pode ser garantida. A peça de mão não é destinada a ser reparada em campo, somente por pessoal autorizado da DX.

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 meses, contados da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda para o primeiro proprietário.

Este serviço de garantia será prestado somente pela DX, ou por empresas por ela credenciadas.

O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com

as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto.

Itens não cobertos pela garantia: - Danos causados por acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, amassados, etc. - Danos causados por uso indevido, funcionamento em ambientes ou condições fora das especificações indicadas no manual. - Danos causados por uma instalação de ar mal dimensionada.

- Deslocamento de um técnico da DX para outros municípios na intenção de realizar a manutenção do produto. - Despesas de remessa, instalação e deslocamento de Técnicos Autorizados. - Rolamentos; - Despesas com deslocamento de técnicos e fretes de ida e volta do aparelho. - Danos ao acabamento externo e/ou acessórios aos quais o fabricante não houver dado causa."

Nestas condições haverá prejuízo para o serviço público de saúde, devido aos custos e tempo necessário para envio e retorno do equipamento para reparo e

								continuidade do atendimento odontológico no município.
11	31060 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA KAVO SONIC BORDEN PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO, COMPATÍVEL COM MARCA KAVO SONIC BORDEN. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	MICRODONT	MICRODONT G1	Apresentou prospecto, porém não é possível determinar através das informações apresentadas, se o produto é compatível com com a marca "Kavo Sonic Borden"	SIM	80676920030 Vigente conforme consulta ao portal ANVISA.	Apresentação de amostras condicionada à confirmação pela empresa de que o item é compatível com a marca "Kavo Sonic Borden"
12	31061 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA KAVO ULTRASET G2 PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	MICRODONT	MICRODONT G2	De acordo com o Edital	SIM	80676920030 Vigente conforme consulta ao portal ANVISA.	Apto a apresentar amostra
19	17668 - ESPÁTULAS PARA INSERÇÃO DE RESINA COM BRUNIDOR COMBINAÇÃO DE ESPÁTULA COM BRUNIDOR, UTILIZADO PARA CONDENSACÃO E ESCULTURA DE COMPOSITO. MATERIAL EM AÇO INOX, POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	IMPLA	Em desacordo com o edital.	SIM	Não localizado.	Item reprovado, pois não informa o modelo do item ofertado.
34	41712 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	6B INVENT	Apresentou prospecto com imagem do item. De acordo com o edital	SIM	81563630018 Vigente conforme pesquisa no portal Anvisa	Apto a apresentar amostra

Estamos à disposição para esclarecimentos.



Documento assinado eletronicamente por **Christine Bohm da Costa, Gerente Técnico(a)**, em 08/04/2024, às 10:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/04/2024, às 10:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020823265** e o código CRC **E6C7A127**.