

MEMORANDO SEI Nº 0020349304/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 29 de fevereiro de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 542/2023

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção as Convocações SEI nº 0020183285 e SEI nº 0020194347, referente aos itens 8 e 12, informamos que as amostras foram recebidas e testadas pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
8	5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	INDUSTRIA E	BIOCON	APROVADO Parecer técnico 0020349608
12	23593 - TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRAÇÃO DE 3 A 4ML. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA E	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	APROVADO Parecer técnico 0020349635

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira**, **Coorde nador(a)**, em 29/02/2024, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/informando o código verificador 0020349304 e o código CRC F36ADC62.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020349304v6



PARECER TÉCNICO Nº 08/2024

Material:		de sangue a vacuo C	itrato 2,7ml ou 3,5ml	
Quantidade Enviada:	100			
Marca:	Biocon		数 数	198 19 844 1 9 1 9 1
Lote:	73401		Setor Avaliador:	
Validade:	11/2025		Período da Avaliação:	Fevereiro e Março/2024
Tubo para coleta de sangue ou 3,5ml, com anticoagula	e a vácuo, em plástico F ante Citrato de sodio a	tivo do Edital para P.E.T., transparente, 3,2%. Com tampa p npa de borracha sob	incolor, estéril, medindo lástica protetora na cor a	13x75mm, aspiração de 2,7ml azul claro e fechamento com
1. As características f	ísicas do material e	estão de acordo c	om o padrão do Edita	al?
2. A tampa veda bem (≯ SIM () NÃO	? () NÃO SE APLIC	CA		×
3. Tamanho da boca (☆ SIM () NÃO	do Tubo facilita o a () NÃO SE APLIC		o material?	
4. Recipiente tem ma (ズ) SIM () NÃO	rca para orientar o () NÃO SE APLIC		máximo de preench	imento?
5. Boa visualização d (みSIM () NÃO	o material?			
6. É de material resis	tente?	*		
(×) SIM () NÃO			Avaliacãos	(×) APROVADO
			Avaliação:	() REPROVADO
7. Boa segurança no	manuseio?			() REPROVADO
Técnico em Anál Ma Tássia Analista C	gine Anversi Cordeiro lises Clínicas – CRF 0178AU trícula 44.143 Regina Selinke Clínico – CRF/SC 6122 trícula 56.504	Carolina Simone de Sou Responsável Tecnica C Coordenaçã	RF/SC 8600 o	os Santos Pereira Clínicas – CRF 0046AU
		LARORATÓRIO MENICIPAL	L DE IUINVILLE	

Laboratório Municipal de Joinville

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA Coordenação e Responsável Técnica CRF SC 8600 Matrícula 40.412



PARECER TÉCNICO Nº 12/2024

8 4				
N/	9	te	rıc	. 10

Tubo de descarte ou transporte para coleta de sangue a vácuo sem aditivo

Quantidade Enviada: 50 unidades

Marca:

GREINER

Lote:

C231133A

Setor Avaliador:

Coleta, Controle de

Qualidade

Validade:

02/03/25

Período da Avaliação:

Fevereiro e Março 2024

Descritivo do Edital para avaliação:

23593 - TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRAÇÃO DE 3 A 4ML. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.

. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo d	lo edital?
2. A tampa veda bem? (芩SIM ()NÃO ()NÃO SE APLICA	
B. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material? (➢ SIM () NÃO () NÃO SE APLICA	
I. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de pree (≿) SIM () NÃO () NÃO SE APLICA	enchimento?
5. Boa visualização do material? (※) SIM () NÃO	
S. É de material resistente?	(APROVADO
7. Boa segurança no manuseio? (> SIM () NÃO	() REPROVADO

Michelle Regine Anversi Cordeiro Técnico em Análises Clínicas - CRF 0178AU Matrícula 44.143

Marcia (100) Tereura Márcia Cristina dos Santos Pereira Técnico em Análises Clínicas - CRF 0046AU Matrícula 37.064

Carolina Simone de Souza de Oliveira Responsável Técnica - CRF/SC 8600 Coordenação LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA

Coordenação e Responsável Técnica **CRF SC 8600** Matrícula 40.412

Laboratório Municipal de Joinville