

MEMORANDO SEI Nº 31003771/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 23 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30989815 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a	Descr tivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospe cto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Am ost ras ?	Parecer
		44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM		COTACAO COM REPRES	PLAS	DE	10387170052, Registro Ativo	Apresentou, porém no prospecto o item ofertado a medida é de 13 x 6 cm . Na instrução de limpeza deixa claro no documento sei 30989352, pág 11 que: " Não utilize álcool ou abrasivo "		No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Medidas mínimas de 12 x 8 cm ;

36	MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UNID	NTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	TICWAY	ACORDO	Vigente confirmado no Portal ANVISA em 23/09/2026.	s de limpeza ". Não atende as seguintes exigências do edital: 1- Medidas mínimas de 12 x 8 cm ; 2-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química;	EXIGE	2-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
37	917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UNID	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	PLASTICWAY	DE ACORDO	10387170052, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 23/09/2026.	Apresentou, porém na instrução de limpeza deixa claro no documento sei 30989352, pág 11 que: " Não utilize álcool ou abrasivos de limpeza ". Não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e	EXIGE	No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.

								desinfecç ão química;		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2026, às 11:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31003771** e o código CRC **93D10028**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br