

MEMORANDO SEI Nº 0018705273/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 11 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018699670), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Questionamento na análise anterior e respostas da empresa	Parecer
63	24793 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDRÓFobo BACTERIOLÓGICO, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL ISENTOR DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA	Unidade	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	GLOMED	De acordo	80273450029 e 80273450018 - Registros vigentes, confirmado no portal da Anvisa	Exige	1- O modelo que está ofertando é o modelo GL-C/L? 2- O item será entregue em embalagem em papel grau cirúrgico? <i>confirmamos que o material cotado é LL embalado em papel cirúrgico</i>	Proposta classificada, apta a apresentar a documentação de habilitação (haverá a necessidade de apresentar amostras).

	<p>PROTETORA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. Cota reservada 25%</p>							
77	<p>25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%</p>	Unidade	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	<p>-----</p> <p>Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos;</p> <p>Desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos:</p> <p>1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?</p> <p>2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas?</p> <p>3- O item possui 2 vias?</p> <p>Caso a empresa confirme as informações, estará apta a apresentar a documentação de habilitação (haverá a necessidade de apresentar amostras).</p>
101	<p>13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK</p>	Peças	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900125- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	<p>-----</p> <p>Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar que o produto ofertado é o item "TAMPA LUER</p>

	MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.								LOCK VITAL GOLD" constante na página 10 da proposta (página 3 de 3 da ficha técnica apresentada).
105	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota reservada 25%	Unidade	MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	SOL MILLENNIUM	De acordo	80937159015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	-----	Proposta classificada, apta a apresentar a documentação de habilitação. Não há a necessidade de apresentar amostras, item já aprovado conforme Análise SES.UAF.ACM (SEI nº 0018704941).
106	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519016- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	-----	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, com o intuito de evitar a solicitação de amostras que não atendam as exigências do edital, solicitamos que a empresa informe: 1- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado? 2- Caso seja separado, a empresa

<p>MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%</p>										<p>encaminhará no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e possuem mecanismo automático de descarte da agulha?</p> <p>A continuidade da análise ocorrerá após a manifestação da empresa.</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Apesar da empresa SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não ter sido convocada para apresentar amostras, acabou encaminhando amostras do item 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G), conforme Comprovante de envio de amostra Sol Millennium- item 106 (SEI nº 0018704745) que foram analisadas por esta área técnica. Para o item 105, não houve necessidade de exigir amostra visto que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ofertou o mesmo modelo que a empresa SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ofertou para o item 106.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/10/2023, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018705273** e o código CRC **CE9852D1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018705273v3