

**MEMORANDO SEI Nº 26559071/2025 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 25 de agosto de 2025.

**À**  
**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **191/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto nos Memorando SEI Nº 26547406 e 26554978/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0025095789. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

**a) Documentos técnicos de habilitação, conforme SEI nº 26547406:**

Empresa	Itens	Análise
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	12	<b>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</b>  m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente) - <b>ATENDIDO</b> , conforme página 111 do Anexo SEI nº 26547124. n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde - <b>ATENDIDO</b> , conforme página 113 do Anexo SEI nº 26547124.

**b) Análise das propostas conforme SEI nº 26554978:**

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Verão	Avaliação Técnica
8	910743 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 3F TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 3. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOSLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX , GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO DE 70 À 90 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE) . ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	RAWAMED	RAWAMED	<b>A numeração dos itens apresentados na proposta Anexo SEI nº 26554816, (8 a 11), não condizem com o descritivo do item apresentado, portando solicitamos maiores informações dos itens ofertados e seus respectivos descritivos, visto que conforme catálogo apresentado no anexo supracitado, a empresa possui os tamanhos solicitados nos itens 8 a 11 do presente processo.</b>
	910744 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 4F TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 4. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOSLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX , GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL,			Cateter Embol	<b>PROPOSTA APROVADA</b>

9	RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO DE 70 À 90 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE) . ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	AP. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RAWAM ED	ectomi a Rawamed 4F	As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido ser material já utilizado na casa conforme ATA de registro de Preços 0019122685.
10	909027 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 5F TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 5. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX , GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO DE 70 À 90 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE) . ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	RAWAM ED	RAWA MED	<b>A numeração dos itens apresentados na proposta Anexo SEI nº 26554816, (8 a 11), não condizem com o descritivo do item apresentado, portando solicitamos maiores informações dos itens ofertados e seus respectivos descritivos, visto que conforme catálogo apresentado no anexo supracitado, a empresa possui os tamanhos solicitados nos itens 8 a 11 do presente processo.</b>
11	910745 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 6F TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 6. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX , GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO DE 70 À 90 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE) . ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	RAWAM ED	RAWA MED	<b>A numeração dos itens apresentados na proposta Anexo SEI nº 26554816, (8 a 11), não condizem com o descritivo do item apresentado, portando solicitamos maiores informações dos itens ofertados e seus respectivos descritivos, visto que conforme catálogo apresentado no anexo supracitado, a empresa possui os tamanhos solicitados nos itens 8 a 11 do presente processo.</b>

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 25/08/2025, às 14:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26559071** e o código CRC **2C99AFB9**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.051638-0

26559071v14