

MEMORANDO SEI Nº 25455055/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **075/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
24 0	911263 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 7-	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	BIOLINE PL702CR93EAP	Amostra aprovada conforme SEI nº 25455027

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/05/2025, às 10:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25455055** e o código CRC **32831F16**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25455055v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM 24 - 911263 – Fio FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0

DESCRIÇÃO: 911263 - FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 0,9 a 0,93CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

MARCA: BIOLINE PL702CR93EAP

REGISTRO: 10426020006

LOTE: 202300912

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: CAIXA COM 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(X) Atende () Não atende
Comprimento:	(X) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(X) Atende () Não atende
Maleabilidade:	(X) Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(X) Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(X) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(X) Atende () Não atende
Curvatura:	(X) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	(X) Atende () Não atende
Penetrabilidade:	(X) Atende () Não atende
Resistência do Arame:	(X) Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(X) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(X) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: on

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 13/05/25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____