MEMORANDO SEI Nº 25478724/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 15 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25478678, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10 a-Registro ANVISA	8.10.1-Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Amostra	Parecer
69	910268 - MACRONEBULIZADOR OXIGENIO COMPLETO MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONJUNTO COMPLETO PARA INALACAO COM TAMPA, HASTES E CONEXOES FABRICADAS EM NYLON COM FIBRAS. FRASCOS DE POLICARBONATO 500ML, TRAQUEIA CORRUGADA ATOXICA DE 1,20M E MASCARA FACIAL ADULTO EM PVC. COM TRAQUEIA DE PVC ATOXICO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	PC	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT 40-DPC 1 Copo 500 ml; 1 Traquéia PVC cristal atóxico - 22 x 1200 mm; (Bocais Verde);1 Máscara Facial PVC Flexível tipo tenda.	De acordo	80677040005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Traqueia com comprimento mínimo de 1,20 m. No retorno, a empresa manifestou-se: *"Confirmamos possui Traqueia com comprimento mínimo de 1,20 m."* *Proposta de acordo com o edital, classificada.*
									Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação

									de Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25478575; em análise ao documento em questão, não foi possível confirmar o atendimento a todas as exigências do edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO
108	4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH Modelo: AD15F	De acordo	10299940016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	--------	
109	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE , FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH Modelo: AD15F	De acordo	10299940016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	--------	Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação de Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25478579. Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 15/05/2025, às 16:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código

verificador **25478724** e o código CRC **09993C98**.