



MEMORANDO SEI Nº 26816369/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 340/2025
Objeto: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar

Em atenção ao memorando SEI nº 26811404, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	Parecer
1	23523 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE	Jogo	CIRURGICA SANTA HELENALTD	MEDLINK/MEDLINK	REF. ELETRODO DEA	De acordo.	80415610039 - Registro vigente até 14/02/2034 - Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 6 à 9)	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado é modelo adulto, que o item ofertado possui cabo de no mínimo 120cm, que o item ofertado é compatível com o equipamento Desfibrilador Life 400- Futura/ Cmos Drake e que indique qual modelo do item ofertado. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 26811337.

	POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.								Verifica-se na documentação enviada, que o item identificado como 1, não refere-se ao item 1 do edital. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa informe qual é o item ofertado.
2	23524 - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Jogo	CIRURGICA SANTA HELENALTD	MEDLINK/MEDLINK	REF. ELETRODO DEA	De acordo.	80415610039 - Registro vigente até 14/02/2034 - Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 5 à 8)	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado é modelo infantil, que o o item ofertado possui cabo de no mínimo 120cm, que o item ofertado é compatível com o equipamento Desfibrilador Life 400- Futura/ Cmos Drake e que indique qual modelo do item ofertado. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 26811337. Verifica-se na documentação enviada, que o item identificado como 2, não refere-se ao item 2 do edital. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa informe qual é o item ofertado.

	PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.								
3	23568 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE- CONECTOR AZUL/ BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DBI MEDICAL	Bluepad de-cu2	De acordo.	80722800022 - Registro vigente até 11/04/2032 - Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 9 à 20)	Na análise preliminar, foi condicionada a classificação da empresa com a confirmação de que o item ofertado é compatível com o Desfibrilador Life 400- Futura Plus/ CMOS DRAKE. No retorno a empresa informou: <i>Bom dia, segundo a área técnica o item é compatível com a marca: Desfibrilador Life 400- Futura Plus/ CMOS DRAKE.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	2815 - PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PAS DE ELETRODOS	Jogo	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	Bluepad/DBI	DE-MT	De acordo.	80722800022 - Registro vigente até 11/04/2032 - Confirmado no	Apresentou (páginas 4 à 16)	Na análise preliminar, foi condicionada a classificação da empresa com a confirmação de que o item ofertado é compatível com o

	MULTIFUNCIONAIS ADULTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE MARCAPASSO EXTERNO E DEA COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR MINDRAY BENEHEART D3.		S MEDIC OS LTDA				portal da ANVISA.		Cardioversor Mindray Beneheart D3. No retorno a empresa informou: <i>Informe que nosso produto é compatível, bula completa anexada.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
10	26618 - ELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL COM MEDIDAS MÁXIMAS: 40MM X 30MM ELETRODO DESCARTÁVEL PRÓPRIO PARA PELES SENSÍVEIS E DELICADAS, MALEÁVEL, PARA SER UTILIZADO E SE ADAPTAR A DIFERENTES SUPERFÍCIES NA FACE DE BEBÊS. INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO (PEATE/ BERA) E MONITORIZAÇÃO NEON ATAL. PINO AÇO INOX, DORSO EM ESPUMA DE POLIETILENO, HIPO ALERGÊNICO, CONDUT OR GEL SÓLIDO, CONTATO PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL). DEVE GARANTIR CONFORTO E ADERÊNCIA TOTAL DO ELETRODO PARA APLICAÇÕES EM	Unidade	MEDME D COMER CIO DE MATERI AIS HOSPIT ALARES LTDA	medix Marca na proposta: Solidor	ELETRO DO	A proposta apresenta descritivo resumido.	10369460092 - Registro cancelado em 26/12/2022 - Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 4)	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item é para uso neonatal, que o item possui as medidas máximas de 40mm x 30mm, que o item possui pino aço inox, que o item possui espuma de polietileno, que o item possui contato prata/cloreto de prata (ag/agcl), que enviasse o registro na ANVISA válido, que confirmasse a marca do produto que está sendo ofertado e para a confirmação dos questionamentos, solicitamos que a empresa enviasse documentação comprobatória. No retorno, a empresa informou: <i>Bom dia, informo que, no cadastro inicial foi cadastrado medix, no entanto a marca não iria atender ao descritivo, quanto ser "neonatal" enviamos documentação da marca solidor que atende o descritivo, además informo que ele possui as características conforme descritivo do Edital.</i> Verifica-se, no retorno da empresa a confirmação da troca de marca do cadastro para a proposta. Porém, não houve manifestação sobre os

EXAMES DE LONGA DURAÇÃO, EM PELE COM SUDORESE, PARA QUE SEJA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA A CONDUÇÃO DOS IMPULSOS ELÉTRICOS. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.							questionamentos acerca do descritivo do item, não houve o envio da documentação comprobatória solicitada, tampouco foi enviado o registro da ANVISA válido. Proposta reprovada por ofertar item que não atende na íntegra o descritivo do item, e por não atender os itens 8.4.4.1 e 8.10.1 do edital.
---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 17/09/2025, às 08:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26816369** e o código CRC **ACA87C10**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br