



MEMORANDO SEI Nº 27196992/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 142/2025
Objeto: Aquisição de Materiais para o Serviço de Terapia Ocupacional e Materiais de Imobilização de uso pré-hospitalar

Em atenção ao documento SEI nº 26853886 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	25580 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL PARA KINESIOTAPING CONFECCIONADA EM ALGODÃO E ELASTANO, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, SEM MEDICAMENTO, TRANSPIRANTE, RESISTENTE A ÁGUA; COM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO-PREJUDICIAL À PELE; ELASTICIDADE DE 30 A 40 %; FORNECIDO EM ROLO COM A SEGUINTE MEDIDAS EM REPOUSO: COMPRIMENTO 500 CM X LARGURA 5 CM. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICA O & IMPORTACAO LTDA	Evo Tape 4 all/Lupmed	Apresentou descrição resumida do item.	80718470039, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto descreve "possibilidade de deformação de até 140% do seu tamanho original", mas não descreve a exigência do edital "elasticidade de 30 a 40%" e "sem medicamento".	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Elasticidade de 30 a 40%; 2. Sem medicamento.
2	26524 - FECHO DE CONTATO (VELCRO) FÊMEA E MACHO COM ADESIVO 50 MM FECHO DE CONTATO COM ADESIVO, TIPO VELCRO COM O LADO FÊMEA E LADO	Rolo	ORTHO PAUHER INDUSTRIA	MARCA PROPRIAc	De acordo	Isento	Apresentou "fecho de contato gancho" "fecho de contato	Classificação condicionada a empresa confirmar que

	MACHO; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.COR PRETA OU BEGE; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.MEDIDAS: ESPESSURA 50 MM; COMPRIMENTO: 25 METROS.		COMERCIO E DISTRIBUICO ES LTDA	REF:KH05 / KH06			argola" edital exige "fecho de contato velcro fêmea e macho".	os termos "fecho de contato gancho" e "fecho de contato argola" descritos no prospecto apresentado se referem ao mesmo tipo de fecho exigido em edital "fecho fêmea" e "fecho macho".
8	25581 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 3,2 MM MOLDÁVEL ENTRE 70°C E 75°C. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 3,2 MM (ESPESSURA)X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFURADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENT OS MEDICOS LTD	Orfit Industries NV	De acordo	81191340007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA Registro da proposta - No prospecto consta registro 80271810055 - VERIFICAR	Apresentou, com diversos modelos.	Na proposta a empresa descreveu registro ANVISA81191340007 com alguns modelos do item e no prospecto consta o registro ANVISA 80271810055 com outros modelos do item. Para continuidade da análise é necessário que a empresa especifique qual modelo ofertado e qual o registro ANVISA correspondente.
14	25033 - COLETE PUTTI ALTO - TAMANHOS P/ M/ G/ GG - TAMANHOS P/ M/ G/ GG CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE (POLIÉSTER E ELASTODIENO), REFORÇO LATERAL, QUATRO BARBATANAS / HASTES FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO OU DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P/ M/ G/ GG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICO ES LTDA	MARCA PROPRIA REF:AC60 8	De acordo	80223340035, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto pág 18 descreve "barbatanas internas em duralumínio", não cita quantas; edital exige "quatro barbatanas"; prospecto descreve "fecho aderente"; edital exige "fecho em velcro".	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Quatro barbatanas / hastes flexíveis em alumínio ou duralumínio; 2. Fechos em velcro.
15	25034 - COLETE PUTTI BAIXO - TAMANHOS P/ M/ G/ GG CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE (POLIÉSTER E ELASTODIENO), REFORÇO LATERAL, QUATRO BARBATANAS / HASTES FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO OU DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P/ M/ G/ GG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ORTOCENTER mod.072-03	De acordo	10335910023, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

16	42356 - APOIO ANTI-EQUINO DISPOSITIVO PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO EM USUÁRIOS COM SEQUELA DE AVC, PARALISIA DE NERVOS PERIFÉRICOS E PARALISIA CEREBRAL QUE POSSUEM PÉ(S) "EQUINO(S)", AJUSTANDO O PÉ DO PACIENTE À POSIÇÃO ANATÔMICA. CONFECCIONADO EM ELÁSTICO COM SUPORTE DE LÁTEX, PASSANTES EM METAL E FECHOS ADERENTES. TAMANHOS P/ M/ G, CONFORME MEDIDAS PADRÃO DO FABRICANTE. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	Unidade	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DILEPE MODELO/ VERSÃO: DL021	De acordo	80018110070, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto não refere "passantes em metal", conforme exigido em edital.	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Com passantes em metal.
----	--	---------	------------------------------------	------------------------------	-----------	---	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 17/10/2025, às 11:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27196992** e o código CRC **8C620070**.