

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2025
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90149/2025**

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

ESCLARECIMENTO:

Recebido em 20 de março de 2025 às 16h 20min (documento SEI nº 0024903529).


4º Questionamento: *"Venho por meio desta, afim de informação sobre os itens nº 1, 65, 66 do edital do pregão eletrônico nº 149/2025 Item 1: por genleza confirmar o modelo da pistola, seria a PROMAG ULTRA 2.5? Item 65 e 66: é obrigatório a agulha ser aspiração histológica e citológica?"*.

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0024906566/2025 - SES.UAD.ACM:

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024903536), segue manifestação acerca dos seguintes questionamentos:

Item 1: por genleza confirmar o modelo da pistola, seria a PROMAG ULTRA 2.5?

Informamos que o modelo da pistola é o Promag Ultra, conforme imagens a seguir:



**Item 65 e 66: é obrigatório a agulha ser aspiração histológica e citológica?**

Indicamos a leitura das especificações constantes no edital. Consta no descritivo a seguinte exigência: "AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO **HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA** EM TECIDOS MOLES [...]", assim, é obrigatório agulha para biopsia de aspiração histológica e citológica.

Atenciosamente,

Pregoeira

Portaria nº 058/2025 - SEI Nº 0024274481



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 24/03/2025, às 08:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024923677** e o código CRC **854FC113**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

0024923677v2