



**MEMORANDO SEI N° 0024855018/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 17 de março de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **012/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao documento SEI n° 0024854507 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela)	Parecer
13	13464 - COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188 CM X 80 CM X 4 CM (COMP X LARG X ALT) COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO		VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	VITTAFFLEX	De acordo	82234420001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado a necessidade da apresentação de Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de sit. No retorno, a empresa apresentou a documentação solicitada.

	CAIXA DE OVO PARA USO HOSPITALAR, DENSIDADE 33, EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COR CLARA, DIMENSÕES: 188CM COMPRIMENTO 80 CM DE LARGURA, COM PIRAMIDE DE NO MINIMO 04 CM DE ALTURA. (DA BASE ATE A PONTA) , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REFERENCIA DA DENSIDADE DO COLCHÃO						<b>Proposta de acordo com o edital, classificada.</b>	
21	909679 - FAIXA ESMARCH 12CM FAIXA DE ESMARCH 12CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM,	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	INDUFLEX	Apresentou descrição resumida do item.	A empresa apresentou declaração de isenção, emitida em 07/04/2025, SEI nº 0024797143, pág 10, porém, o item e regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511.	Apresentou	Na análise preliminar, foi indicado <i>"o item e regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511"</i> que . Também, foi solicitado a apresentação do registro Anvisa da faixa esmarch da marca induflex. No retorno, a empresa informou <i>"Este item não tem</i>

	POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.						<p><i>Registro Anvisa, a documentação deste item anexamos ela por completo."</i></p> <p>Considerando que a empresa não apresentou o registro Anvisa do produto e também não apresentou nenhuma documentação complementar comprovando a isenção do registro, a <b>proposta está reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital.</b></p>
22	909680 - FAIXA ESMARCH 15CM FAIXA DE ESMARCH 15CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	INDUFLEX	Apresentou descrição resumida do item.	A empresa apresentou declaração de isenção, emitida em 07/04/2025, SEI nº 0024797143, pág 10, porém, o item e regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511.	Apresentou <p>Na análise preliminar, foi indicado <i>"o item e regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511" que . Também, foi solicitado a apresentação do registro Anvisa da faixa esmarch da marca induflex. No retorno, a empresa informou "Este item não tem Registro Anvisa, a documentação deste item anexamos ela por completo."</i></p> <p>Considerando que a empresa não apresentou o registro Anvisa do produto e também não apresentou</p>

								nenhuma documentação complementar comprovando a isenção do registro, a <b>proposta está reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital.</b>
26	909432 - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA TAMANHO G COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 160 E 190 DE LARGURA, 230 E 250MM DE COMPRIMENTO.	Pç.	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MSO	De acordo	Registro 80128000010 vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado a necessidade da apresentação de Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de sit. No retorno, a empresa apresentou a documentação solicitada. <b>Proposta de acordo com o edital, classificada.</b>

Passamos à análise da documentação técnica apresentada pela empresa Medicone Projetos e Soluções Para a Indústria e a Saúde Ltda:

Fornecedor	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
Medicone Projetos e Soluções Para a Indústria e a Saúde Ltda	Válido até 06/01/2026- De acordo	AFE para produtos para saúde ativa, confirmado no portal da Anvisa.	Documentação técnica aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/03/2025, às 16:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024855018** e o código CRC **23230743**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.279266-8

0024855018v7